

## **DODATEČNÉ INFORMACE č.5**

k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

**„Dodání a instalace přístrojů pro Iktové centrum ON Náchod a.s.“**

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo:** Purkyňova 446, 547 69 Náchod  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ26000202

Zadavatel obdržel dne 29. června 2015 prostřednictvím e-mailu žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, kterou tímto v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

### **Dotaz č. 1**

pro část 1 Infuzní technika

#### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat řešení infuzní pumpy, která vyžaduje kontinuální připojení kapkového detektoru? Tzn., že kapkový detektor nelze vypnout? Tímto řešením není nijak dotčen medicínský účel, za kterým je zdravotnický prostředek pořizován.

#### **Odpověď na dotaz č.1:**

NE – Zadavatel trvá na zadaném technickém parametru „Detektor kapek s možností vypnutí“.

### **Dotaz č. 2**

pro část 1 Infuzní technika

#### **Dotaz:**

Umožní zadavatel odchylku od rozměrových parametrů u lineárního dávkovače? Tzn. bude akceptovat lineární dávkovač o rozměrech d x v x h 34,5x13,5x16cm?

#### **Odpověď na dotaz č.2:**

NE – Zadavatel trvá na zadaném technickém parametru „Malé rozměry max. d x v x h 30 x 13 x 17 cm, rukojeť, snadné ošetřování – omyvatelnost běžně dostupnými desinfekčními prostředky“.

V Náchodě dne 2.7.2015

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.  
Purkyňova 446  
547 69 NÁCHOD  
21



Ing. Lukáš Hartwich  
místopředseda představenstva  
ON Náchod a.s.

