


Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci

ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - dezinfektor flexibilních endoskopů“
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady Ing. Petr Kozák, techn. náměstek, prokurista ve věci zadávacího řízení: Václav Vágenknecht, technik pro zdravotní přístroje ID Datové schránky: 724ff9k

Ve výše uvedeném zadávacím řízení byly podány následné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1

Zadavatel požaduje dezinfektor kompatibilní s peroxidem vodíku, zároveň však specifikoval kompatibilitu s endoskopy Olympus, jejichž dezinfekční manuál peroxid vodíku neuvádí jako doporučený prostředek pro dezinfekci. Tento požadavek je tedy v rozporu s ostatními požadavky a může vést k nekompatibilnímu řešení.

Žádáme o nahrazení peroxidu vodíku kyselinou peroctovou nebo glutaraldehydem, které jsou v souladu s doporučenými dezinfekčními protokoly výrobce.

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1

Zadavatel trvá na původním zadání. Endoskopy Olympus nejsou kompatibilní s peroxidem vodíku od výrobce Sterad. Na trhu jsou i jiní výrobci chemie na bázi peroxidu vodíku, která je kompatibilní s endoskopy Olympus. Jako součást nabídky zadavatel požaduje dodání certifikátu výrobce chemie o kompatibilitě s endoskopy Olympus.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2

Zadavatel požaduje maximální rozměry myčky 75 × 69 × 165 cm. Naše nabízené zařízení má rozměry 75 × 74,6 × 165,9 cm, což znamená mírné překročení, které však považujeme za zanedbatelné a je v souladu s prostorovými možnostmi zadavatele.

Žádáme o přehodnocení tohoto požadavku a umožnění drobného rozšíření rozměrů.

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2

Vzhledem k rozměrovým možnostem v předpokládaném prostoru umístění zadavatel akceptuje požadavek a mění technickou specifikaci.

Lhůta pro stanovení dodání nabídek je stanovena do **19. 12. 2025 do 10:00 hodin**.

V Trutnově dne, 7. 2. 2025

Ing. Petr Kozák, prokurista