


## Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci

ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	<b>„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - elektroforetická vyšetření“</b>
 <p>Nemocnice Trutnov</p> <p>zadavatel</p>	<p><b>Oblastní nemocnice Trutnov a.s.</b>  sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice  IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900  zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334  osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady  ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, techn. náměstek, prokurista  ID Datové schránky: 724ff9k</p>

Ve výše uvedeném zadávacím řízení byly podány následné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1

V Technických požadavcích zadavatele (příloha 08 ZD), odstavci „Komunikace, software“ požaduje zadavatel, aby předmět plnění splňoval následující požadavky:

Software umožňuje vložení grafických záznamů analýz do LIS.

#### Poznámka uchazeče:

Software instalovaný na externím počítači zajišťuje obousměrnou komunikaci s laboratorním informačním systémem. Tato komunikace může být realizována několika způsoby, přičemž v případě využití souborové komunikace je možné, aby součástí komunikačního protokolu byly souřadnice grafických výstupů, které mohou být následně rekonstruovány v LIS.

Uchazeči není v tomto případě jasné, jak na požadavek odpovědět, kdy řešení splňuje požadavek částečně. Software umožňuje přenos souřadnic pro vytvoření grafických záznamů. Vložení grafických záznamů do LIS je tedy umožněno nepřímě.

#### Dotaz č. 2.1:

Tímto žádáme zadavatele o přehodnocení nezbytnosti technického požadavku „Software umožňuje vložení grafických záznamů analýz do LIS“.

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1

*Zadavatel akceptuje i nepřímě vložení grafických záznamů do LIS pomocí přenosu souřadnic pro jejich následné vytvoření.*

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2

V Technických požadavcích zadavatele (příloha 08 ZD), odstavci „Instalace, služby, příslušenství“ požaduje zadavatel, aby předmět plnění splňoval následující požadavky:

Montáž, instalace, uvedení nabízeného ZP do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek (včetně výchozí elektrovizí) a předepsaných přijímacích zkoušek, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů, nabízený ZP musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky.

#### Poznámka uchazeče VZ:

Nabízený analyzátor není dle zákona 250/2021 Sb. Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů klasifikován jako vyhrazené technické zařízení. Nevyžaduje tedy provedení ani výchozích ani pravidelných elektrovizí.

**Dotaz č. 2.2:**

Tímto žádáme zadavatele o přehodnocení nezbytnosti technického požadavku na výchozí elektrovizí. Návrh nového znění technického požadavku (se změnou vyznačenou žlutě) uvádíme níže:

Montáž, instalace, uvedení nabízeného ZP do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek (~~včetně výchozí elektrovizí~~) a předepsaných přijímacích zkoušek, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů, nabízený ZP musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2**

*Zadavatel požaduje provedení všech předepsaných zkoušek pro dané zařízení. Pokud není zákonem pro dané zařízení zkouška předepsána, není nutné ji provádět.*

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.3**

Tabulka pro tvorbu Cenové nabídky (příloha 06 ZD) obsahuje řádky určené k uvedení veškerých diagnostik a spotřebního materiálu potřebných pro provedení metod (testů) HbA1c a sérových proteinů. Počet řádků přidělených jednotlivým metodám však není dostatečný pro úplné nacenění a specifikování nabídky uchazeče.

**Dotaz č. 2.3:**

Bude uchazeči umožněno přidat do tabulky v příloze 06 ZD – Cenová nabídka odpovídající počet řádků, aby mohl uvést a ocenit kompletní spektrum materiálu potřebného k provedení požadovaných testů?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.3**

*Zadavatel umožňuje uchazeči vložit (přidat) do tabulky v příloze 06 – Cenová nabídka potřebný počet řádků tak, aby mohl uvést a ocenit kompletní spektrum materiálu potřebného k provedení požadovaných testů.*

Lhůta pro stanovení dodání nabídek se nemění a je do 12. 3. 2025 do 10:00 hodin.

V Trutnově dne, 18. 2. 2025

Ing. Petr Kozák, prokurista