

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:

SPECIFIKACE ANTIDEKUBITNÍCH MATRACÍ

Název veřejné zakázky	Dodávka antidekubitních matrací 2025
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

Zajištění dodávek zdravotnických prostředků – aktivních antidekubitních matrací (dále také jako „zdravotnický prostředek“), a to v předpokládaném celkovém množství až 40–50 ks. Dodávky budou prováděny dle potřeb zadavatele (objednatel a kupujícího), a to včetně zajištění dopravy do místa plnění a souvisejících služeb.

Předmětem plnění jsou dodávky aktivních antidekubitních matrací v následujících parametrech a požadavcích:

- *Aktivní antidekubitní systém pro osoby se středním až vysokým rizikem vzniku proleženin s digitálním řízením chodu pro delší životnost vnitřního zdroje vzduchu.*
- *Vhodné pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů skupiny IV. (dle EPUAP), hodnotící škála podle Nortonové 20-13*
- *Automatické nastavení tlaku dle váhy ležící osoby s možností jemného doladění.*
- *Ovládání kompresoru na horní straně kompresoru (nikoliv na boční) pro lepší viditelnost personálu*
- *Rozměry 200 x 90 (85) cm.*
- *Výška matrace min. 20 cm.*
- *Doporučená maximální nosnost minimálně 250 kg.*
- *Systém, který se ukládá přímo na rošt lůžka, připojení vzduchových hadic pomocí konektoru.*
- *Systém cela na cele (2 řady vzduchových cel, spodní řada trvale nafouklá, horní řada terapeutická).*
- *Materiál cel – Nylon /TPU.*
- *Systém ochrany pat – 5 posledních cel možno jednotlivě odpojit a vypustit bez vlivu na funkčnost matrace.*
- *Transportní mód.*
- *5 terapeutických režimů:*
 - a) *alternativní,*
 - b) *režim s trvale nízkým tlakem (CLP),*
 - c) *režim podpory sedu s alternací,*
 - d) *režim podpory sedu s CLP,*
 - e) *režim max. nafouknutí.*
- *Alarm nízkého tlaku, výpadku napájení a servisní alarm (jak akustický, tak vizuální).*
- *Systém pro ochranu přírodního el. kabelu podél celé strany matrace.*
- *CPR na boku matrace, pomocí otočného ventilu.*
- *Maximální úroveň hluku 30 dB.*
- *Pás se sponou na spodní straně matrace pro jednoduché skladování srolované matrace.*
- *Potah matrace je vyroben z elastického a robustního čtyřcestného materiálu (4směrně pružného).*
- *Potah matrace je paropropustný, antibakteriální.*
- *Konstrukční řešení zipu matrace – zip 360° (zip lemuje obvod celé matrace).*
- *Potah matrace je snímatelný a pratelný s možností praní na 90°C.*
- *Ovládání kompresoru na horní straně kompresoru (nikoliv na boční) pro lepší viditelnost personálu.*
- *Garance termínů dodání včetně garance dopravy, roznosu (rozmístění matrací v místech určení v místě plnění) a likvidací původních (vyřazených) matrací, jejichž životnost již skončila, přičemž tyto související služby jsou zahrnuty v ceně dodávaných matrací.*