

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Chladicí skříně
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	veřejné zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná dle směrnice č. 48 – Postup při zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 18.3.2025.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
bude zadavatel akceptovat teplotní rozhraní +3 °C až +16 °C?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat teplotní rozmezí +3°C až +16°C, pokud to odpovídá specifickým požadavkům a normě DIN 13277.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
dle vysvětlení ZD č. 1 požadujete napojení na systém MS Falcon prostřednictvím LAN. Je přesto nutné, aby lednice disponovaly rozhraním RS485?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nadále netrvá na tom, aby lednice disponovaly rozhraním RS485, pokud je možné lednice připojit k centrálnímu monitorovacímu systému MS Falcon prostřednictvím LAN (TCP/IP). Požadavek na rozhraní RS485 byl uveden z důvodu původních předpokladů, že rozhraní RS485 bude nutné pro integraci s MS Falcon, avšak následná analýza ukázala, že LAN (TCP/IP) je pro připojení k MS Falcon plně kompatibilní a dostačující, není tedy na tomto rozhraní trváno.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter odpovědí zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

Nově se stanovuje lhůta pro podání nabídek do 31. 3. 2025 do 10:00 hodin.

V Náchodě

RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady