



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Dodávka stacionárního digitálního skiagrafického RTG zařízení pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-014319

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu zadavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, dovoluujeme si Vás tímto požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ „Dodávka stacionárního digitálního skiagrafického RTG zařízení pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou“

Zadavatel v příloze ZD evidenční číslo ve VVZ Z2025-014319 p02_RTG_skiagraf_techická specifikace mimo jiné požaduje v odstavci Vertigraf bod 1.20 : Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max.28 cm.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat i nabídku s nejkratší vzdáleností středu detektoru od podlahy 31,5 cm? Jedná se o standardní hodnotu a v kombinaci s ortopedickým stojanem, který je rovněž požadavkem technické specifikace - bod 1.95, postačující pro všechna skiagrafické vyšetření

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje změnu technické specifikace v rozsahu tohoto dokumentu. Zadavatel proto mění znění technické specifikace v bodu 1.20 v rozsahu dle přílohy tohoto dokumentu. Příloha tohoto dokumentu v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 Technickou specifikaci zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Zadavatel dále ve vztahu k technické specifikaci zboží, konkrétně pak části technické specifikace – možnosti uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace uvádí, že zadavatel bude trvat na technické specifikaci zboží tak, jak je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky ve znění tohoto dokumentu. Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče zadavatel požaduje z důvodu co největší operativnosti při obsluze zařízení personálem v prostorách urgentního příjmu nemocnice s rychlým průchodem velkého množství ležících, sedících a stojících pacientů.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **9. 5. 2025 v 10:00 hod.**

Přílohy:

01 – Příloha č. 02 – Technická specifikace RTG skiagraf ke dni 2. 4. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření