



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Dodávka stacionárního digitálního skiagrafického RTG zařízení pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-014319

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu zadavatele.

Zadavatel pro objasnění případných budoucích nejasností uvádí, že dodavatel v příloze č. 5 zadávací dokumentace – v části četnosti BTK je povinen do tabulky uvést jejich četnost v části počtu roků tabulky u BTK.

Přílohou tohoto dokumentu, jako příloha č. 1, je upravená příloha č. 5 zadávací dokumentace, kde došlo pro upřesnění k zažlucení části sloupce, který bude ze strany dodavatelů vyplněn dle četnosti BTK na základě doporučení výrobce jím nabízeného plnění.

Dotaz č. 1

Půdorys vyšetřovny Bod 1.3 technické specifikace uvádí požadavek: „Podélný a příčný pojezd stativu (osy X a Y) maximalizovaný pro rozměry vyšetřovny, min. 3 m v každém směru.“

Abychom maximalizovali pojezd stropního stativu, potřebujeme znát přesné rozměry vyšetřovny. Žádáme tímto Zadavatele, aby nám poskytl půdorys vyšetřovny za účelem maximalizace pojezdu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel poskytuje půdorys, který tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.

Tato příloha tvoří součást přílohy č. 2 – technické specifikace zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Rozvaděč

Bod 1.98 technické specifikace uvádí požadavek:

„Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe.“

Dle tohoto požadavku a absencí bližší specifikace dodávky dalšího příslušenství, lze předpokládat, že zadavatel nebude od soutěžícího požadovat dodání rozvaděče.

Žádáme Zadavatele, zda by potvrdil, že dodávka odpovídajícího technologického rozvaděče je na straně Zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 2

*Zadavatel zajišťuje pouze napájecí přívod a prokabelování se signalizací chodu (výstraha).
Dodávka technologického rozvaděče je na straně dodavatele.*

Dotaz č. 3

Podpůrná nosná stropní konstrukce V zadávací dokumentaci není od dodavatele nového rentgenového systému požadováno dodání a instalace podpůrné stropní konstrukce včetně stropního podhledu s osvětlením.

Může zadavatel potvrdit, že dodání a instalace podpůrné stropní konstrukce, ke které bude ukotvena vlastní stropní konstrukce nového rentgenového systému, je na straně Zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 3

Podpůrná stropní konstrukce je na straně zadavatele. Dodavatel vybrané technologie, musí předložit požadavky na úpravu ocelové konstrukce. V příloze tohoto vysvětlení zasíláme předběžný návrh ocelové konstrukce (příloha č. 3 tohoto vysvětlení). Tato příloha tvoří součást přílohy č. 2 – technické specifikace zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Zajištění kompatibility ZP s informačním systémem pro sběr dat

Strana 4. Zadávací dokumentace, odst. 2.1 Předmět veřejné zakázky - uvádí požadavek:

„ ... zajištění kompatibility ZP s informačním systémem používaným zadavatelem pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (DRÚ); “

Může zadavatel uvést o jaký informační systém se jedná a podrobněji specifikovat, co vše obnáší zajištění kompatibility?

Odpověď na dotaz č. 4

Pro zadavatele je podstatný požadavek uvedený v ZD: připojení ZP k informačním systémům PACS, NIS, RIS a protokolární ověření správné funkčnosti tohoto připojení min. 3 pracovní dny před uvedením přístroje do provozu.

Požadavek na „zajištění kompatibility ZP s informačním systémem používaným zadavatelem pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (DRÚ)“ zadavatel ze zadávací dokumentace zcela vypouští.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **13. 5. 2025 v 10:00 hod.**

Přílohy:

01 – p05 - RTG_skiagraf - Nabídková cena B_modelovy_pripad_VZD_02

02 - 04. PŮDORYS 1.PP - URGENT (DSPS)

03 - NRK_DPS_STA_703_00_ok_stropni_drahy_1PP

Za zástupce zadavatele na základě pověření