

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK**

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČO: 481 45 122
zastoupen: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_143.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k žádosti dodavatele ze dne 17. 4. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 – pro část Část 2) Transportní ventilátory pro mezinemocniční transporty - 2 ks

Prosím bude zadavatel pro část č. 2. Transportní ventilátory pro mezinemocniční transporty akceptovat i celkovou hmotnost 6,5 kg?

Odpověď:

Dle technické specifikace je maximální hmotnost přístroje včetně baterie 6 kg. Zařízení s vyšší hmotností nesplní zadávací podmínky a nebude moci být akceptováno. Zadavatel trvá na stávajících technických podmínkách požadovaného plnění.

Dotaz č. 2 – pro část Část 1) Multifunkční monitory s defibrilátorem - 4 ks

Prosím může zadavatel pro část 1) Multifunkční monitory s defibrilátorem uvést protokol, na základě kterého bude možné určit kompatibilitu s požadovaným systémem Lifenet?

Odpověď:

Zadavatel nemůže uvést protokol, dle kterého je možné určit kompatibilitu s požadovaným systémem Lifenet. Systém pro komunikaci totiž využívá proprietární zabezpečený protokol výrobce, který zadavatel nemá k dispozici. Kompatibilitu je tedy možné relevantně konzultovat pouze s výrobcem, společností Stryker, po uzavření smlouvy o mlčenlivosti a spolupráci. Kontaktní adresa pro tyto účely je solutionssupport@stryker.com.

V Hradci Králové dne

.....
MUDr. Libor Seneta
ředitel