



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Dodávka CT – výpočetní tomograf, injektor kontrastní látky a pomocná hrazda pacienta pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2024-048445

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Na prohlídce místa plnění CT pracoviště si uchazeči prohlédli prostory určené k montáži CT přístroje. V prostorách nebyly některé nutné prvky pro tzv. stavební připravenost k montáži jako například kabelové kanály v podlahách, průrazy mezi ovladovnou, vyšetřovnou a technickou místností, dále potřebné úpravy stropu např. pro Get/Up, průrazy pro chladicí jednotku atd.

Dotaz č.1:

Provede tyto nutné úpravy pro zahájení montáže ve své režii zadavatel, nebo počítá s tím, že tyto práce provede uchazeč?

Odpověď na dotaz č. 1

Stavební připravenost k montáži CT přístroje bude provedena ze strany zadavatele, a to na základě podkladů, které bude vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli.

S ohledem na výše uvedené proto zadavatel upravuje zadávací dokumentaci.

V čl. 13 dochází k doplnění odst. 4 a to v následujícím znění:

Zadavatel si vyhrazuje, že vybraný dodavatel v souladu s § 104 písm. e) ZZVZ předloží jako podmínku pro uzavření smlouvy dokument obsahující požadavky na stavební připravenost prostoru k montáži jím dodávaného CT přístroje.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 5. 2025 v 10:00 hod.

Za zástupce zadavatele na základě pověření