

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Robotický operační systém
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, a to na základě přijatého dotazu ze dne 7. 5. 2025.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje v části sací a oplachová pumpa „Volitelná rychlost průtoku v rozsahu min. 100 – 1300 ml/min, tlak nastavitelný v rozsahu min. 100 – 400 mmHg.“. Laparoskopická pumpa je zpravidla používána tím způsobem, že se k plynulé regulaci průtoku a tlaku používá oplachový/sací nástroj v operačním poli a pumpa automaticky snižuje svůj průtok na základě snížení průtoku v nástroji. **Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel požaduje pumpu s maximálním průtokem min. 1300 ml/min a maximálním tlakem min. 400 mmHg, který lze plynule regulovat oplachovým/sacím nástrojem?**

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:

Zadavatel trvá na svém znění technické specifikace, která je dle něho dostatečně specifikována.

RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady