



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Dodávka sterilizátorů pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-020650

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek zjistil, že v přílohách zadávací dokumentace administrativním pochybením došlo k uvedení nesprávného objemu komor u části předmětu plnění a to dodávky 2 ks parních sterilizátorů o objemu komory 8STJ.

Platí informace obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kde zadavatel v čl. 2 odst. 1 písm. a) stanovil, že předmětem veřejné zakázky je mimo jiné dodávky 4 parních sterilizátorů do Nemocnice Rychnov nad Kněžnou dle technické specifikace dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace včetně záručního servisu v délce min. 24 měsíců v rozsahu stanoveném kupní smlouvou.

V technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace dále zadavatel stanovil, že požaduje mimo jiné dodání parního sterilizátoru o objemu komory minimálně 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů) v celkovém počtu 2 ks a 1 ks sterilizátoru o objemu komory 1 sterilizační jednotky (cca 70 litrů) a 1 ks parního sterilizátoru o objemu komory minimálně 4 sterilizační jednotky. V návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace) a v souhrnném čestném prohlášení (příloha č. 1 zadávací dokumentace), však administrativním pochybením, u této dílčí části předmětu plnění uvedl údaj: parní sterilizátor o objemu komory 6STJ namísto 8STJ. V modelovém případě – příloha č. 5 zadávací dokumentace poté byly nesprávně uvedeny počty komor u požadovaného sterilizátoru o objemu komory 4STJ a 1STJ.

Pro vyloučení možných budoucích nejasností proto zadavatel potvrzuje, že platí údaje uvedené v zadávací dokumentaci a příloze č. 2 – technické specifikaci požadovaného plnění.

V souladu s výše uvedeným proto dochází k úpravě přílohy č. 3 – návrhu kupní smlouvy, přílohy č. 1 – souhrnného čestného prohlášení a přílohy č. 5 – modelové varianty nabídkové ceny B. Upravené přílohy v plném rozsahu nahrazují přílohy zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu a zároveň tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **23. 5. 2025 v 10:00 hod.**

Přílohy:

P01 - Příloha č. 1 - vzor souhrnného čestného prohlášení ke dni 9. 5. 2025

P02 - Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy ke dni 9. 5. 2025

P03 - Příloha č. 5 – Nabídková cena B servisní činnost – modelový případ ke dni 9. 5. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření