

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka	Robotický operační systém
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, a to v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek a po opětovném průzkumu veřejně přístupných informací k technické specifikaci sacích a oplachových pump pro oblast laparoskopie zjistil nesrovnalosti ve svých požadavcích uvedených v Příloze č. 4_Technická specifikace. Zadavatel tak ruší původní znění bodu 88, v části sací a oplachová pumpa a nahrazuje jej novým zněním.

Původní požadavek:

bod 88 - Volitelná rychlost průtoku v rozsahu min. 100 – 1300 ml/min, tlak nastavitelný v rozsahu min. 100 – 400 mmHg.

Nově požadováno:

bod 88 - Volitelná rychlost průtoku v rozsahu min. 1000 - 1500 ml/min, maximální tlak mezi hodnotami 300 - 500 mmHg.

Současně zadavatel upravuje v souladu s výše uvedeným Přílohu č. 4_Technická specifikace_rev.2, která bude uveřejněna na profilu zadavatele pod názvem Příloha č. 4_Technická specifikace_rev.3. Upravená příloha v plném rozsahu nahrazuje přílohu zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu a zároveň tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace a dále základě rozhodnutí správní rady Oblastní nemocnice Náchod a.s. prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **25. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 4_Technická specifikace_rev.3

RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady