



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Dodávka mycích automatů pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-024422

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

1) V technické specifikaci pro Automatický mycí a dezinfekční automat prokládací včetně příslušenství (kapacita 18 DIN sít) – 2 ks zadavatel v rámci parametru 39 požaduje: „2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek“

Dotaz: Námi nabízené řešení disponuje peristaltickými čerpadly při zachování medicijního účelu. Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení pomocí peristaltických čerpadel při zachování medicijního účelu.

Dotaz č. 2

2) V technické specifikaci pro Automatický mycí a dezinfekční automat prokládací včetně příslušenství (kapacita 10 DIN sít) – 1 ks zadavatel v rámci parametru 34 požaduje: „předehřev oplachové demivody pro urychlení dezinfekčního cyklu“

Dotaz: Námi nabízený mycí automat s kapacitou 10 DIN sít nedisponuje nádrží na předehřev demivody, ale nabízí variantu extra topení sušící jednotky, která výrazně zkracuje čas mycího procesu, stejně jako varianta s nádrží na předehřev demivody. Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení s extra topením sušící jednotky.

Zadavatel doplňuje, že v rámci obou výše uvedených parametrů je tak v případě, že dodavatel nabízí řešení, jež je/jsou výše akceptováno/akceptovány zadavatelem, oprávněn v technické specifikaci (příloha č. 2 zadávací dokumentace) uvést u předmětných parametrů NE a uvést jiné zadavatelem výše akceptované řešení v případě, že toto dotčené řešení nabízí.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **18. 6. 2025 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření