

Dodávky obvazového materiálu – Technické požadavky			
		CPV kódy	Technické požadavky
	Skupina A – buničitá vata		Společné požadavky pro skupinu A: Materiál buničina s jemnou strukturou, bezprašný materiál., vysoká savost.
Část 1	Buničitá vata v přířezech – bělená	33141117-3 – Vata	v přířezech, bělená, nesterilní
Část 2	Buničitá vata dělená - nesterilní tampony	33141117-3 – Vata	8–10 vrstev, dělená, nesterilní
Část 3	Buničitá vata - sterilní tampony	33141117-3 – Vata	min. 8 vrstev, dělená, sterilní
	Skupina B – gáza nesterilní		Společné požadavky pro skupinu B: 100% bavlněná hydrofilní gáza, bělená, min. 17 nití/cm ² , tolerance rozměru +/-20%.
Část 4	Kompresy z gázy, 17 vláken, 8 vrstev, založené okraje	33141114-2 – Zdravotnická gáza	min. 8 vrstev, založené okraje
Část 5	Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem a tkanicí, 17 vláken, 4 vrstvy	33141118-0 – Tampóny	min. 4 vrstvy, s RTG kontrastem a tkanicí
Část 6	Tampon stáčený, bez RTG kontrastu, 17 vláken	33141118-0 - Tampóny	bez RTG kontrastu, stáčený
Část 7	Gáza složky, 17 vláken, založené okraje	33141114-2 – Zdravotnická gáza	skládaná ve složkách, založené okraje
Část 8	Gáza v přířezech rolovaná, 17 vláken, 4–8 vrstev	33141114-2 – Zdravotnická gáza	4–8 vrstev, v přířezech rolovaná
	Skupina C – gáza sterilní		Společné požadavky pro skupinu C: 100% bavlněná hydrofilní gáza bělená min. 17 nití/cm ² , tolerance rozměru +/-20%, obal celistvý s označením rozměrů, počtu ks v balení a expirace.
Část 9	Kompresy z gázy, 17 vláken, 8 vrstev, založené okraje	33141114-2 – Zdravotnická gáza	min. 8 vrstev, založené okraje

Část 10	Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem a tkanicí, 17–20 vláken, 4 vrstvy	33141118-0 – Tampóny	min. 4 vrstvy, s RTG kontrastem a tkanicí, předepraný
Část 11	Tampon stáčený, bez RTG kontrastu, 17–20 vláken	33141118-0 – Tampóny	bez RTG kontrastu, stáčený
Část 12	Gáza v přířezích skládaná, 17 vláken, bělená bavlna, 16 vrstev	33141114-2 – Zdravotnická gáza	min. 16 vrstev, v přířezích, skládaná
	Skupina D – obvazy a obinadla		Společné požadavky pro skupinu F: Elastická obinadla - tolerance na délku +/- 20%. Obinadla hydrofilní a pletená musí být minimálně z viskóznové stříže.
Část 13	Elastická, kompresivní obinadla s krátkým tahem do 90%, volně ložená	33141113-4 - Obvazy, obinadla	tažnost 60-90 %, pevný a netřepivý okraj (tkaný), obsah bavlny min. 40 %
Část 14	Elastická, kompresivní obinadla se středním až dlouhým tahem nad 110%, volně ložená	33141113-4 - Obvazy, obinadla	tažnost 110-170 %, pevný a netřepivý okraj (tkaný), obsah bavlny min. 60 %
Část 15	Elastická, fixační obinadla, volně ložená	33141113-4 - Obvazy, obinadla	savé, prodyšné, pevný a netřepivý okraj, podélně i příčně elastické, bez latexu, pružné i při opakovaném nošení
Část 16	Obinadlo sádrové – rychleschnoucí	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Dobrá celistvost po namočení, kvalitní gáza s pórovitou strukturou, zhotovená sádra nesmí prskat a drolit se, při namáčení nesmí docházet k nadměrnému vyplavení sádry
Část 17	Elastický, síťový obvaz pro fixaci krytí ran	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Bezešvý úplet z bavlny, vysoká elasticita, určené k rychlé fixaci krytí ran, při nástřihu se nesmí trhat, tolerance v šířce +/- 10%, v délce +/- 25%.