

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Dodávka vyšetřovacích a operačních svítidel pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-030150

Zadavatel pověřený zastupovat společně zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, v technické specifikaci vyšetřovacích svítidel je požadavek na "dosah ramene min. 1600 mm". Bude zadavatel akceptovat dosah 1680 mm, tzn. vzdálenost od osy stropní tyče ke středu světelné hlavy?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na svém zadání, tedy že dosah ramene bez svítidla bude min. 1600 mm tak, jak je stanoveno v technické specifikaci, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace se místo ani lhůta pro podání nabídek nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření