



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Dodávka mycích automatů pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-024422

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

1. v souvislosti s požadavkem na automatický mycí a dezinfekční automat s kapacitou 18 DIN sít si dovoluujeme požádat o upřesnění, zda by zadavatel akceptoval nabídku zařízení s maximálními rozměry mycího prostoru 690 × 710 × 940 mm a objemem mycí komory 415 litrů, za předpokladu zachování všech ostatních požadovaných technických a funkčních parametrů dle zadávací dokumentace. Navrhovaná úprava nijak neomezuje zamýšlený účel použití zařízení – naopak přináší řadu výhod, které přispívají k vyšší efektivitě a komfortu provozu, a to zejména:

- vyšší efektivitu umývacího a dezinfekčního procesu díky většímu vnitřnímu prostoru a možnosti lepšího rozmístění nástrojů,
- snížení počtu pracovních cyklů, protože lze zpracovat více nástrojů najednou, vyšší univerzálnost pro různé typy a velikosti nástrojů i do budoucna,
- možnost úspory provozních nákladů díky efektivnímu využití energie a vody,
- dlouhodobější využitelnost zařízení s ohledem na možný rozvoj provozu.

2. Dále v rámci části týkající se zařízení s kapacitou 10 DIN sít si dovoluujeme požádat o upřesnění, zda by zadavatel akceptoval zařízení s výkonem ventilátoru sušící jednotky min. 1,3 kW namísto požadovaného min. 4,0 kW, za předpokladu, že jsou beze zbytku splněny veškeré ostatní technické a funkční požadavky dle zadávací dokumentace.

Nižší výkon ventilátoru je výsledkem optimalizovaného konstrukčního řešení a moderních výrobních technologií. Díky tomu zařízení zajišťuje stejně účinné a rovnoměrné sušení při výrazně nižší energetické náročnosti, bez prodloužení celkové délky pracovního cyklu.

Navrhovaný parametr nijak neomezuje zamýšlený účel použití zařízení ani kvalitu výsledného procesu sušení – naopak představuje technicky efektivnější a ekonomicky výhodnější řešení s pozitivním dopadem na provozní náklady i ekologii provozu.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad bod 1 a 2: zadavatel trvá na technické specifikaci poptávaného předmětu plnění v rozsahu technické specifikace, jež je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky a dodavatelem nabízené řešení nebude akceptováno.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace se místo ani lhůta pro podání nabídek nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření