

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Název veřejné zakázky	Dodávky obvazového materiálu
Zadavatel	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. IČO 281 81 662 Se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení	Veřejná zakázka na služby rozdělená na 17 částí zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2025-027135

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 17. 6. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 7a:

„Vážený zadavateli,

dovolujeme si požádat o upřesnění specifikace délky elastických kompresních obinadel – část 13 ve veřejné zakázce na dodávky obvazového materiálu. Uvádíte, že požadovaná délka v klidovém stavu je 5 metrů. Délka kompresivních obinadel se však udává v napnutém stavu, protože při aplikaci na končetinu je obinadlo napnuté a zdravotník potřebuje vědět, jakou délku má k dispozici při použití. Pokud by byla uvedena délka v klidovém stavu, která je samozřejmě menší, zdravotník by nemohl přesně odhadnout, na kolik ovinutí mu obinadlo vystačí.

Zdvořile si dovoluujeme požádat o opravu požadavku na délku obinadel v napnutém stavu, aby byla zajištěna správná aplikace a efektivní použití“

Odpověď č. 7a:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že dle praxe pracovníků pověřujících zadavatelů se v rámci jejich provozu vychází především z klidové délky v rozloženém (rozvinutém) stavu, avšak v klidovém (tj. elasticky nenataženém) stavu materiálu, když míra natažení materiálu může být ovlivněna mnoha faktory, především pak silou nátahu.

Zadavatel dále uvádí, že ani při použití elastického obvazu zpravidla nedochází k jeho maximálnímu natažení (zařezával by se do kůže). Právě proto rozměr v rozloženém (rozvinutém) stavu, avšak v klidovém (tj. elasticky nenataženém) stavu materiálu představuje konzistentní a porovnatelný parametr, ze kterého zadavatel a pověřující zadavatelé vycházejí.

Možné odchylky v elasticitě materiálu různých produktů zadavatel zohlednil v rámci zadávacích podmínek, když v rámci zadávací dokumentace v článku 2.2.1 [Přípustné odchylky] stanovil možnost odchýlit se od stanoveného rozměru či návinu zboží tehdy, pokud je tak výslovně uvedeno v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Technické požadavky). Dle přílohy č. 5 ZD je pro část 13 veřejné zakázky **přípuštěna tolerance v délce +/- 20 %**.

Zadavatel k uvedenému dotazu dále uvádí, že specifikaci požadovaných položek stanovil s ohledem na konkrétní potřeby pověřujících zadavatelů a s ohledem na jejich provozní potřeby. Z tohoto důvodu zadavatel nemůže přistoupit na nahrazení požadovaných položek a trvá tedy na stanovených rozměrech.

Dotaz č. 7b:

„Mohl byste nám prosím upřesnit, kam přesně poslat vzorky k veřejné zakázce Dodávky obvazového materiálu, zda na Váš sklad nebo na nějaké konkrétní oddělení, patro, případně sdělit kontaktní osobu včetně telefonu, aby bylo možné doručení vzorků případně zkontrolovat?“

Děkuji za informace“

Odpověď č. 7b:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v článku 15 zadávací dokumentace mj. k předání vzorků stanovil, že *„Vzorky dodavatel doručí na adresu zadavatele. Ke vzorkům dodavatel předá průvodní dokument s uvedením identifikačních údajů dodavatele a názvem tohoto zadávacího řízení.“* Zároveň dle odstavce 1.1 [Základní údaje o centrálním zadavateli] plyne mj. následující:

Název centrálního zadavatele	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Sídlo	Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené uvádí, že vzorky dodavatelé doručí na adresu:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Švendova 1282,
500 03 Hradec Králové

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
zástupce zadavatele