

Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci

ve veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostických souprav pro sérologické vyšetření infekčních markerů u dárců krve“	
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Václav Vágenknecht, technik pro zdravotní prostředky ID Datové schránky: 724ff9k	

Ve výše uvedeném zadávacím řízení byla podána následná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ"), Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v rozsahu níže:

Dotaz č. 2.1

V zadávací dokumentaci na str. 2 je požadavek zadavatele, že součástí dodávky diagnostických systémů je rovněž... d) úprava vody (viz technická specifikace). Dle Přílohy č. 5 (technické požadavky zadavatele) je uvedeno, že „Součástí dodávky je i úprava vody adekvátní velikosti k pokrytí provozu přístroje, pokud přístroj vyžaduje úpravu vody...“

Chápeme správně požadavek Zadavatele, že předmětem dodávky je úprava vody pouze v případě, že nabízený analyzátor z provozních důvodů vyžaduje napojení na zdroj destilované vody?

Dotaz č. 2.2

Mohl by Zadavatel blíže specifikovat rozměry místnosti, případně poskytnout plán místnosti s vyznačením prostoru pro umístění analyzátoru a vodárny, a zároveň i s uvedením, kde je v místnosti vyvedena voda pro napojení vodárny. Na základě prohlídky místa plnění dne 19.6.2025 se zdá, že prostor pro umístění analyzátoru a vodárny je menší než Zadavatelem uváděná šíře 2400 mm.

Dotaz č. 2.3

V Příloze č. 6ZD – Cenová nabídka je v Tabulce Kalkulace nabídkové ceny přednastavená výše DPH jako 21 %. Může uchazeč tuto přednastavenou hodnotu přepsat a vložit pro uchazeče aktuální platnou hodnotu DPH?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Ad 2.1:

Úprava vody by měla být součástí nabídky, pokud analyzátor ke svému provozu potřebuje upravenou vodu /nejen při přímém napojení/. Nemusí se jednat o vodu destilovanou, lze event. demineralizovanou/deionizovanou, měla by být v analytické kvalitě vyhovující danému analyzátoru.

Ad 2.:

Půdorys přiložen. Místnost zatím není zařízená, nábytek ev. lze mírně přizpůsobit, přívod vody a odpadu je vyveden dle výkresu. Možností umístění je více, námi preferované je umístění úpravy vody při levé stěně /při pohledu od vstupu z hlavní chodby/- ideálně nástěnný systém a umístění vlastního analyzátoru do prostoru podélně se stěnou pod okny. Šíře 2400mm se týká samotného analyzátoru s případným servisním prostorem.

Ad 2.3:

Ano, uchazeč může tuto přednastavenou hodnotu přepsat a vložit aktuální platnou hodnotu DPH.

Příloha: půdorys místnosti, kde má být analyzátor umístěn.
Lhůta pro dodání nabídek se nemění.

V Trutnově dne, 24. 6. 2025

Václav Vágenknecht, technik pro zdravotní prostředky
: