

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: Dodávka vyšetřovacích a operačních svítidel pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-030150

Zadavatel pověřený zastupovat společně zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

1. Na základě obhlídky místa plnění, kde jsou již dokončeny podhledy není zcela jasné, zda k místu kotvení jsou přivedeny samostatně jištěné napájecí kabely a kabely pro ochranné pospojování k místu kotvení svítidel.

Dotaz: Může zadavatel objasnit, zda je provedena připravenost pro připojení svítidel na inženýrské sítě?

2. Na základě obhlídky místa plnění, kde jsou již dokončeny podhledy není zcela jasné, zda nedochází ke kolizi technologií pro umístění stropních svítidel.

Dotaz: Může zadavatel objasnit, zda nedochází ke kolizi technologií pro umístění stropních svítidel a kdo bude odpovědný pro případné přeložení technologií?

V technických požadavcích jsou pro 1 ks operačního LED svítidla – 232307 jsou požadavky, které splňuje pouze svítidlo Unica 520. Jsme dodavatelem, který dodával vyšetřovací a operační svítidla pro Urgentní příjem Oblastní nemocnici Náchod v loňském roce a chtěli bychom nabídnout zadavateli stejný typ svítidla na zákrovový sál. Z tohoto důvodu zasíláme další dotazy na objasnění:

3. Požadavek: Teplota chromatičnosti – nastavitelná min. v 6 krocích

Dotaz: Bude zadavatel souhlasit s parametrem nastavení teploty chromatičnosti v 5 krocích?

4. Požadavek: Průměr světelného pole nastavitelný od/do min. 150/350 mm

Dotaz: Bude zadavatel souhlasit s parametrem nastavení světelného pole od/do 180/340 mm?

5. Požadavek: Nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. 25 - 100 % min. v 10 krocích

Dotaz: Bude zadavatel souhlasit s parametrem nastavitelný rozsah intenzity osvětlení 20 - 100 % v 5 krocích?

6. Požadavek: d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec min. 200 mm

Dotaz: Bude zadavatel souhlasit s parametrem d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec 180 mm?

7. Požadavek: Rozměry (průměr kopule) max. 550 mm z důvodu efektivní ergonomie na sále

Dotaz: Bude zadavatel souhlasit s parametrem rozměry (průměr kopule) 580 mm, kde jsou již v průměru zahrnuty nesterilní držáky těla svítidla pro lepší manipulaci?

8. Požadavek: Distribuce světla pomocí technologie nepřímého osvětlení - systém vykrývání stínů. Světelné paprsky emitované LED diodami musí být skryty před pohledem chirurga a asistentů, aby se předešlo oslňujícím efektům i na krátkou dobu.

Dotaz: Bude zadavatel souhlasit s distribucí světla pomocí fazetovaných čoček, kde dochází k rovnoměrné distribuci světla se systémem vykrývání stínů?

9. Požadavek: Plnohodnotné ovládání svítidla i kamery z kapacitního ovládacího panelu umístěného na boku satelitu a na stěně op. sálu

Požadované svítidlo neobsahuje požadavek na kameru ani na její přípravu

Dotaz: bude zadavatel souhlasit s plnohodnotným ovládáním svítidla z ovládacího panelu umístěného na boku satelitu a na stěně op. sálu?

Odpověď na dotaz č. 1

Bod 1:

Zadavatel potvrzuje, že připravenost elektro je provedena. Zadavatel nemůže předjímat způsob a technické provedení uchycení nabízených svítidel. Nelze tedy predikovat, zda dojde ke kolizím s jakoukoliv konstrukcí. Všechny případné kolize budou řešeny operativně na místě. Vzhledem ke koordinaci provedené GP, kolize zadavatel nepředpokládá nebo jen v minimálním rozsahu.

Bod 2:

Součástí dodávky svítidel jsou i stropní mezikusy. Protože zadavatel nezná typ a kotvení mezikusu konkrétně dodávaného uchazečem, nemůže na dotaz o případné kolizi zcela odpovědět. Ve zbytku odkazuje na odpověď zadavatele na bod č. 1.

Bod 3:

Ano, zadavatel bude souhlasit s parametrem nastavení teploty chromatičnosti v 5 krocích.

V souladu s touto odpovědí zadavatel upravuje přílohu č. 2 Technická specifikace, kdy ruší původní požadavek:

Teplota chromatičnosti – nastavitelná min. v 6 krocích;

nově zadavatel požaduje:

Teplota chromatičnosti – nastavitelná min. v 5 krocích.

Bod 4:

Ano, zadavatel bude souhlasit s parametrem nastavení světelného pole od/do 180/340 mm. V souladu s odpovědí zadavatel upravuje tento požadavek v příloze č. 2 Technická specifikace, kdy ruší původní požadavek:

Průměr světelného pole nastavitelný od/do min. 150/350 mm;

nově zadavatel požaduje:

Průměr světelného pole nastavitelný od/do min. 180/340 mm.

Bod 5:

Ano, zadavatel bude souhlasit s parametrem nastavitelný rozsah intenzity osvětlení 20 – 100 % v 5 krocích. V souladu s odpovědí zadavatel upravuje tento požadavek v příloze č. 2 Technická specifikace, kdy ruší původní požadavek:

Nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. 25 - 100 % min. v 10 krocích;

nově zadavatel požaduje:

Nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. 20 – 100 % min. v 5 krocích.

Bod 6:

Ano, zadavatel bude souhlasit s parametrem d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení

dosahuje 10% Ec 180 mm. V souladu s odpovědí zadavatel upravuje tento požadavek v příloze 2 Technická specifikace, kdy ruší původní požadavek:

d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec min. 200 mm;

nově zadavatel požaduje:

d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec min. 180 mm.

Bod 7:

Ano, zadavatel souhlasí s parametrem rozměru (průměr kopule) 580 mm, kde jsou již v průměru zahrnuty nesterilní držáky těla svítidla pro lepší manipulaci. V souladu s odpovědí zadavatel upravuje tento požadavek v příloze č. 2 Technická specifikace, kdy ruší původní požadavek:

Rozměry (průměr kopule) max. 550 mm z důvodu efektivní ergonomie na sále;

nově zadavatel požaduje:

rozměry (průměr kopule) max. 580 mm z důvodu efektivní ergonomie na sále.

Bod 8:

Ano, zadavatel bude akceptovat také variantu distribuce světla pomocí fazetovaných čoček, kde dochází k rovnoměrné distribuci světla se systémem vykrývání stínů.

Bod 9:

Ano, zadavatel bude akceptovat plnohodnotné ovládání svítidla z ovládacího panelu umístěného na boku satelitu a na stěně op. sálu.

Ad bod 3 až 9: Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **28. 7. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha: p02_ts_vysetrovaci_operacni_svitidla_NRK_VZD_03

Za zástupce zadavatele na základě pověření