

Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci

ve veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostických souprav pro sérologické vyšetření infekčních markerů u dárců krve“
 Nemocnice Trutnov zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Václav Vágenknecht, technik pro zdravotní prostředky ID Datové schránky: 724ff9k

Ve výše uvedeném zadávacím řízení byla podána následná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen “ZZVZ”), Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v rozsahu níže:

V Příloze č. 5 Zadávací dokumentace Zadavatel požaduje analyzátor, který umí zpracovávat primární materiál/sérum, plazma/ z běžných odběrových zkumavek, s vnitřním průměrem od 6 do 15 mm, s gelem i bez gelu.

Jako stávající dodavatel technologie pro sérologický screening dárců bychom se rádi zeptali, zda bude zadavatel akceptovat analyzátor, který umí zpracovávat zkumavky s vnitřním průměrem minimálně 7,75 mm (nikoliv 6 mm), tj. stejný typ zkumavek s rozměry, které v současné době používá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Zadavatel považuje žádost za bezpředmětnou neboť v zadávací dokumentaci, v př. č. 5 technické požadavky zadavatele, je uveden požadavek zadavatele na průměr zkumavek v rozmezí od 6 mm do 15 mm. Průměr 7,75 mm spadá do požadovaného intervalu.

Lhůta pro dodání nabídek se nemění.

V Trutnově dne, 26. 6. 2025

Václav Vágenknecht, technik pro zdravotní prostředky