

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Dodávka vyšetřovacích a operačních svítidel pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-030150

Zadavatel pověřený zastupovat společně zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

budou zadavatelem akceptovány následující parametry svítidla operačního LED:

1. Průměr světelného pole nastavitelný do 140-300mm?

2. Rozměry (průměr kopule) 630mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Bod 1:

Zadavatel nebude akceptovat průměr světelného pole nastavitelný od/do min. 140/300 mm. Zadavatel trvá na aktuálně nastavené technické úrovni operačních svítidel, kterou dle veřejně dostupných informací splňuje více dodavatelů na trhu.

Bod 2:

Zadavatel nebude akceptovat rozměr (průměr kopule) 630 mm. Zadavatel v rámci dotazů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky již jednou v tomto parametru ustoupil a trvá na aktuální hodnotě požadovaného technického parametru z důvodu efektivní ergonomie na sále.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření