

Technické požadavky zadavatele na předmět zakázky		
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.		
V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.		
Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.		
Zadavatel požaduje dodání 1 ks nového, nerepasovaného dezinfektoru pro flexibilní endoskopy se dvěma samostatně pracujícími komorami		
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele.		
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku uchazečem ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

Základní požadavky

<u>Technické parametry - funkce</u>		
2x mycí a dezinfekční komora asynchronní		
Termochemická dezinfekce endoskopu		
Způsob dezinfekce – peroxid vodíku H ₂ O ₂ – možné jednoduché přenastavení z H ₂ O ₂ na PAA a opačně		
Nerezové provedení		
Automatické dávkování chemikálií		
Čelní plnění		
Permanentní kontrola stavu chemikálií během cyklu		
Samostatné dávkování chemikálií pro každý započatý dezinfekční cyklus (nová dávka chemie pro každý proces)		
Doba mycího a dezinfekčního cyklu: peroxid vodíku H ₂ O ₂ max. 30 minut při dodržení všech vstupních podmínek		
Ovládání pomocí dotykového displeje		
Uživatelské menu kompletně v českém jazyce		
Plně integrovaný automatický tester těsnosti endoskopů		
Integrovaná termo-tiskárna pro tisk dokumentace procesu a validace použití pro každou mycí komoru samostatně		
Integrovaná čtečka čárových kódů pro každou mycí komoru samostatně		

Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – dezinfektor flexibilních endoskopů" a zároveň př. č.
1 Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem

Štítky pro identifikaci endoskopů a obsluhujícího personálu		
Přenos dat o mycích cyklech pomocí integrovaného USB vstupu		
Kontrola připojení konektorů k flexibilnímu endoskopu		
Automatická kontrola těsnosti endoskopu po celou dobu procesu		
Automatická kontrola průchodnosti všech kanálů endoskopu		
Zobrazení zbývajících doby chodu cyklu na displeji dezinfektoru		
Základní úprava vody (třístupňová předfiltrace a vnitřní antibakteriální filtr)		
Musí splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. pro dvoustupňovou dezinfekci a zároveň normy ISO 15883-1 a ISO 15883-4		
Rozměry myčky: šířka max. 75 cm, hloubka max. 74,6 cm, výška max. 165,9 cm (omezeno prostorem)		
Elektrické připojení 230V, 50 Hz		
Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 5-6 bar. V případě nutnosti redukční ventil součástí dodávky.		
Zajištění ohřevu vstupní vody bez nutnosti montáže např. bojleru		
<u>Příslušenství</u>		
Konektory k používaným endoskopům (videoendoskopy řady Olympus řady 165, 180, 185,,190, Pentax EC38, G29, i20c)		
Základní sada chemie peroxid vodíku		

Ostatní požadavky

doprava zdravotnického prostředku na místo plnění v kupní ceně		
instalace, montáž, uvedení do provozu, odvoz a likvidace obalového materiálu v kupní ceně		
provedení potřebných testů, měření a kontroly předmětu dodávky, včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti (např. prvotní záznam o odborné údržbě, elektorevize, výchozí BTK, kalibrace, validace v souladu s platným zněním zákonů o zdravotnických prostředcích, metrologii či atomového zákona - pokud se na předmět dodávky vztahuje), provedení funkční zkoušky dodaného vybavení		
zaškolení obsluhy, vystavení protokolu o zaškolení		
záruční doba 24 měsíců		
BTK, revize či validace po dobu záruky zdarma		
kompletní servis v záruční době zdarma		
prohlášení o shodě, certifikáty, atesty		
autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení		
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 375/2022 Sb.		
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení		
návod v ČJ, tištěné i v el. podobě		
zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu životnosti předmětu dodávky		
Dodání požadavků na stavební připravenost ze strany dodavatele		

