

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: Dodávka vyšetřovacích a operačních svítidel pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-030150

Zadavatel pověřený zastupovat společně zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V souvislosti s veřejnou zakázkou „Dodávka vyšetřovacích a operačních svítidel pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou“, vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V zadávací dokumentaci „Technické podmínky, 232307 svítidlo operační LED“ je uveden požadavek „Celohliníkové tělo satelitu - z důvodu optimalizace teplotního managementu a udržení intenzity osvětlení po celou dobu, kdy je zařízení zapnuté a to bez pomoci elektronických procesů.“

Naše svítidla splňují požadavek i přesto, že nemají korpusy vyrobené výhradně z hliníkové slitiny. Vzhledem k použití nejmodernějších LED zdrojů neprodukují námi dodávaná svítidla žádné zbytkové teplo, které by bylo nutno odvádět jakoukoli náhradní cestou. Udržení intenzity osvětlení je bezvýhradně garantováno.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat svítidla bez celohliníkových korpusů?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku, která bude obsahovat svítidla bez celohliníkových korpusů.

V tomto případě je tedy možné ve smyslu čl. 7.2 v rámci technické specifikace ve vztahu k celohliníkovému tělu satelitu (příloha č. 2 zadávací dokumentace) uvést řešení svítidel bez celohliníkových korpusů, a tedy účastník může uvést v dotčené části technické specifikace slovo NE a nabídnout řešení umožněné zadavatelem dle věty první.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 8. 2025 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření