

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Dodávka myček podložních mís pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-038789

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci – minimální technické požadavky zadavatel požaduje 1. Možnost doplnění držáku pro likvidaci odpadu jednorázových stomických vacích Může nám zadavatel vysvětlit jaká je funkce držáku pro likvidaci odpadu jednorázových stomických vaků? Přikládáme informaci od výrobce stomických pomůcek. Likvidace použitých jednorázových stomických sáčků se provádí podobně jako likvidace jiného hygienického odpadu podle místních předpisů např. s domácím odpadem. Výpustné sáčky se používají po vyprázdnění opakovaně. V mycí komoře dezinfektoru podložních mís při termální dezinfekci dosahuje teplota až 91C, což může mít vliv na materiály (např. PE, netkaná textilie, elastan, lepidlo, filtr na pohlcování zápachu.....) z kterého jsou různé typy jednorázových stomických sáčků vyrobeny a může tak docházet k oddělení, „rozpuštění“ materiálu a následně k ucpání odpadního potrubí proto se likvidace jednorázových stomických sáčků v dezinfektoru podložních mís nedoporučuje.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel ruší svůj požadavek na možnost doplnění držáku pro likvidaci odpadu jednorázových stomických vacích.

S ohledem na výše uvedené zadavatel upravuje přílohu č. 2 – technickou specifikaci. Upravená příloha dle věty předchozí tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **1. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

p02_technicka_specifikace_Myčka podložních mís_NRK_VZD_02

Za zástupce zadavatele na základě pověření