

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: Dodávka myček podložních mís pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-038789

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci – minimální technické požadavky zadavatel požaduje

1. Přístroj musí být vybaven rotační vysouvací tryskou s délkou vysunutí min. 60 mm. pro kvalitní umytí obtížně přístupných míst.

Nabízíme dezinfektor podložních mís v kombinaci 2 ks rotačních a 9 ks pevných trysek. Toto řešení zaručuje kvalitní umytí a odstranění všech nečistot v mycí komoře včetně obtížně přístupných míst. Řešení s rotační výsuvnou tryskou neovlivňuje kvalitu mytí ale je pouze jednou z možností jak zajistit mycí proces v mycí komoře. Naše produkty splňují Evropskou normou EN ISO 15883 a požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Rozdílné koncepce výrobců dezinfektorů a jejich řešení mycího procesu nemá vliv na kvalitu mytí.

Akceptací námi nabízeného řešení zadavatel prokazatelně rozšíří počet možných uchazečů o veřejnou zakázku.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat dezinfektor podložních mís, který bude vybaven kombinací 2 ks rotačních a 9 ks pevných trysek, při splnění požadavku kvalitního umytí obtížně přístupných míst.

Neupravuje se technická specifikace. Zadavatel však připouští výše uvedené alternativní řešení.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **4. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření