

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka chladničky a mrazničky do kostní banky pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Ev. č. VVZ:	Z2025-042972
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dotazy k 621533 - chladnička cca 150 l (kostní banka):

V rámci technické specifikace – minimálních technických požadavků uvádíte užitný objem 150 l, kapacita 96 krevních vaků 450 ml.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat menší užitný objem při zachování požadovaného počtu vaků?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat menší užitný objem při zachování požadovaného počtu vaků – kapacita 96 krevních vaků 450 ml.

Dotaz č. 2

Je požadováno splnění směrnice o zdravotnických prostředcích 2017/745 třída IIa pro skladování krve a krevních produktů.

V rámci přechodového období zůstává v platnosti certifikace dle 93/42/CEE.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat přístroj certifikovaný dle 93/42/CEE v případě doložení potvrzení notifikované osoby o prodloužení platnosti certifikace ZP IIa dle MMD do vystavení nové certifikace dle nové legislativy MDR, v souvislosti s tím, že výrobce řádně zažádal o recertifikaci dle 2017/745.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel bude akceptovat přístroj certifikovaný dle 93/42/CEE v případě doložení potvrzení notifikované osoby o prodloužení platnosti certifikace ZP IIa dle MMD.

Dotaz č. 3

Dotazy k 622314 - mraznička cca 150 l (kostní banka)

V rámci technické specifikace je požadován užitný objem 160 litrů, v základním názvu je uvedeno 150 litrů.

V uvedené litráži a současně teplotním rozmezí je výběr přístrojů omezený.

Dotaz: Prosíme zadavatele o zvážení tohoto parametru. Bude zadavatel akceptovat mrazicí box s užitným objemem 125 až 150 l splňující všechny další parametry? Případně vzhledem k tomu, že není uveden požadavek na max. půdorysné rozměry, box s užitným objemem 210 až 260 l?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že v rámci technické specifikace je požadován užitný objem cca 150 l. U uvedeného parametru 160 l se jedná o překlep. Zadavatel ještě upozorňuje, že v samotném názvu je uvedeno cca 150 l a je tedy počítáno, že účastník nabídne objem s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů.

Nicméně zadavatel bude akceptovat mrazicí box s užitným objemem 125 až 150 l splňující všechny další parametry.

Dotaz č. 4

Jako vnitřní vybavení jsou požadovány 3 police z nerezové oceli nebo výsuvné zásuvky, dále pak sada vnitřních děličů pro zásuvky.

Dotaz: Rozumíme správně, že lze nabídnout 3 police z nerezové oceli nebo 3 výsuvné zásuvky včetně vnitřních děličů?

Odpověď na dotaz č. 4

Ano, účastník nabídne buď 3 police z nerezové oceli, nebo 3 výsuvné zásuvky, výškově nastavitelné. Pro zásuvky bude součástí dodávky sada vnitřních děličů.

Zadavatel dále souhrnně dodává, že v souvislosti s některými odpovědi na dotazy výše uvedené došlo k aktualizaci přílohy č. 2 zadávací dokumentace – technické specifikace. Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Přílohy:

01 – p02_technicka_specifikace_chladnicka_mraznicka_kostni_banko_NRK_VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření