

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka medicínských chladniček pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Ev. č. VVZ:	Z2025-042982
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o vysvětlení ZD - dotaz níže: Zadavatel požaduje, aby medicínské chladničky byly vybaveny komunikačním rozhraním RS485/ RJ45. Budete akceptovat nabídku chladniček, vybavených rozhraním WLAN/LAN pro vzdálený monitoring teplot a USB portem pro stahování dat? Předem děkuji

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude požadovat nabídku chladniček vybavených rozhraním LAN (TCP/IP) pro vzdálený monitoring teplot a USB portem pro stahování dat.

Zadavatel uvádí, že v souvislosti s výše uvedenou odpovědí došlo k aktualizaci přílohy č. 2 zadávací dokumentace – technické specifikace. Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **25. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Přílohy:

01 – p02_technicka_specifikace_chladnicka_medicinska_NRK_VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření