

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Dodávka myček podložních mís pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-038789

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

níže zasíláme dotazy k VŘ.

V technické specifikaci zadavatel uvádí:

1. Přístroj musí být vybaven rotační vysouvací tryskou s délkou vysunutí min. 60 mm. pro kvalitní umytí obtížně přístupných míst. Dotaz: Žádáme o vysvětlení toho požadavku, který z našich zkušeností nemá opodstatnění. Naše myčky disponují 12ti tryskami (kombinace pevných a rotačních) které zajišťují perfektní umytí (lze doložit například referencemi) a není nutné mít vysouvací trysku. Splňují veškeré normy a legislativu. Přijme zadavatel nabídku myčky s touto technickou specifikací?

2. Vestavěný hepa filtr Dotaz: Naše myčky mají patentované aktivní sušení - nejlepší a nejekonomičtější systémem, který nepotřebuje žádnou HEPA filtraci, veškerá voda a zápach odchází do odpadního systému. Z myčky se nedostává žádná vlhkost a následně odpadá jakákoliv kondenzace vlhkosti na stěnách a v klimatizacích budov jako je tomu u systémů využívajících HEPA a jiné filtry, dále dochází ke snížení servisních nákladů. Přijme zadavatel toto technické řešení?

3. Dva senzory pro průběh mycího cyklu ve spodní a horní části z důvodu 100% kontroly dezinfekce Dotaz: Naše myčky používají patentované zlepšení a zpřesnění měření parametru A0 jediným čidlem, patentovou listinu přikládáme. Jelikož je hodnota A0 měřena na nejchladnějším místě komory, jsou tyto hodnoty opravdu reálné. Pokud je čidlo v komoře umístěno nesprávně, hodnoty, které jsou následně naměřeny nejsou vypovídající, i když bude čidel v komoře několik. Každé čidlo navíc vyžaduje také vyšší servisní náklady pro koncového uživatele v případě poruchy. Přijme zadavatel toto technické řešení? Děkuji

Součástí dotazu byla zaslána i příloha o certifikaci patentu, který by však teoreticky mohl vést k identifikaci dodavatele, který vznesl dotaz. Příloha nebyla uveřejněna. Zároveň příloha nikterak nerozšiřuje ani nespecifikuje dotaz dodavatele výše, jedná se o dokument nad rámec dotazu.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad bod 1

Zadavatel bude akceptovat dezinfektor podložních mís, který je vybaven 12ti tryskami, v kombinaci pevných a rotačních, při splnění požadavku bezchybného mytí, a to i v místech, které jsou těžko přístupné, jako je např. lem podložních mís.

Ad bod 2

Zadavatel i nadále trvá na požadavku vestavěného hepa filtru. Tento parametr je velmi účinný v rámci nozokominálních nákaz a je technicky 100 %. Tímto parametrem disponuje na našem

trhu několik výrobců dezinfektorů podložních mís, tudíž se nejedná o specifický požadavek ze strany zadavatele.

Ad bod 3

Zadavatel i nadále trvá na požadavku dvou senzorů, a to z důvodu 100 % kontroly dezinfekce A0. Zároveň zadavatel umožňuje variantu dvou senzorů, které mohou být na stejném místě, což zcela určitě rozšíří okruh potencionálních dodavatelů.

Dotaz č. 2

Dobrý den, Prosím bude zadavatel akcetovat i max. šířku zařízení 545mm ? Navrhovaný rozsah je v toleranci +10% což je způsobeno výrobními postupy různých výrobců. Pro provoz je navrhovaný parametr neomezuující.

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat maximální šířku zařízení 545 mm. V souvislosti s tím, zadavatel upravuje technickou specifikaci – příloha č. 2 zadávací dokumentace. Upravený dokument tvoří přílohu tohoto dokumentu a nahrazuje původní dokument uveřejnění na profilu zadavatele ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **3. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - p02_technicka_specifikace_Myčka podložních mís_NRK_VZD_04

Za zástupce zadavatele na základě pověření