

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Dodávka medicínských chladniček pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Ev. č. VVZ:	Z2025-042982
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

požadujete vnitřní rozměry v mm min. (Š/H/V) 440/430/660

Je možné nabídnout zařízení s vnitřní výškou 650 mm?

Domníváme se, že můžeme nabídnout zařízení splňující zamýšlený účel používání s minimální odchylkou od požadavku. Předem děkujeme za vyjádření.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat výše uvedené řešení.

S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě technické specifikace předmětu plnění - přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace, ve znění, uveřejněném na profilu zadavatele, před dnem uveřejnění tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **16. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - p02_tecnicka_specifikace_chladnicka_medicinska_NRK_VZD_03

Za zástupce zadavatele na základě pověření