

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka	Robotický operační systém
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, a to na základě přijatého dotazu ze dne 11. 9. 2025.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

dovolujeme si zaslat následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

v Příloze č. 5 ZD, cenová nabídka, zadavatel požaduje dodání aplikátorů svorek, tzv. klipovačů. Tento požadavek lze naplnit dvojím způsobem – buď standardními laparoskopickými klipovači nebo moderními robotickými klipovači.

Robotické klipovače umožňují plné využití autonomie operátora z konzole, kterou již zadavatel v jiných parametrech zakázky bonifikuje jako významný přínos. Výhoda takového řešení je zřejmá – přesná aplikace klipů s využitím artikulovaných pohybů, definované síly zavření a eliminace tremoru přispívají k vyšší bezpečnosti výkonu, snížení rizika poranění okolních struktur a ke zkrácení operační doby. Považujeme také za nesporné, že jejich přínos je z klinického i ekonomického hlediska srovnatelný či vyšší než u laparoskopických klipovačů, a to zejména s ohledem na úzké operační prostory a komplexní preparace, kde je přesnost aplikace rozhodující.

V kontextu jiných (obdobně důležitých) parametrů, které jsou zadavatelem bonifikovány v rámci hodnotících kritérií se nabízí otázka, zda rozlišení mezi robotickým (integrovaným) a „externím“ laparoskopickým klipovačem není právě takovým parametrem, jehož zohlednění by pro zadavatele mělo hmatatelný význam.

Tomuto závěru napovídá i fakt, že zadavatel dle deklarovaných medicínských účelů cílí na plně robotické výkony v zadávací dokumentaci definované šíří.

Naopak, opomenutím (nezohledněním) tohoto parametru by celá řada výkonů byla možná pouze v hybridním režimu, a ne plně roboticky, tak jak zadavatel popisuje ve svém záměru plně implementovat chirurgický robotický program v předestřené šíři.

Vlastní dotaz:

Nezvažuje zadavatel úpravu hodnotících parametrů tak, aby byly objektivně reflektovány přínosy robotických klipovačů oproti laparoskopickým, a to zejména z pohledu vyšší přesnosti, bezpečnosti a plného využití autonomie operátora, která je již v zadávací dokumentaci hodnocena pro svůj klinický přínos, nad rámec pouhého finančního hlediska?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nebude dále upravovat hodnotící parametry a trvá na své stávající zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady