

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Bolzanova 512, 506 01 Jičín

**Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Gateway pro monitory životních funkcí“**

Dodatečná informace číslo 1

Dotaz č.1:

Příloha č.1 Smlouvy o technické podpoře, čl.1, bod 1.1. Služba „Help-line“

Zadavatel požaduje v návrhu smlouvy o technické podpoře zajištění tohoto smluvního ujednání: *„Dodavatel zajistí help-line a bude ji udržovat dostupnou v pracovní dny a časy. V rámci poskytování služby „Help-line“ získává objednatel nárok na garantovanou pomoc při řešení technických problémů objednatele souvisejících s provozem aplikace. Jedná se o vzdálené konzultace a řešení po telefonu, emailu nebo přednostně s využitím aplikace HelpDesk. Služba je poskytována v režimu 24/7, tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu.“*

Chápe účastník správně, že zadavatel vyžaduje zajištění vzdálené konzultace a řešení po telefonu, emailu, nebo přednostně s využitím aplikace HelpDesk v režimu 24/7, tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zajištění služby Help-line (telefonické linky) v pracovní dny (Po – Pá) a časy (8:00-16:00)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zamýšlel svůj požadavek na služby v režimu 24/7 a slova „v pracovní dny a časy“ byla v ustanovení bodu 1.1.1 přílohy č. 1 Smlouvy o technické podpoře uvedena chybně.

Zadavatel potvrzuje svůj požadavek na dostupnost služby v režimu 24/7 a takto aktualizuje přílohu č. 4 – Návrh smlouvy o technické podpoře, ve kterém došlo k úpravě.

Dotaz č.2:

Příloha č. 1 – Technická specifikace v.06 čl.2.4., bod 2.4.7.

Zadavatel požaduje v technické specifikaci splnění tohoto minimálního požadavku na konektivitu gateway s protokolem HL7: *„Hodnoty parametrů životních funkcí měřených monitorem v rozsahu min.: Hemodynamika : CCO, SVR, CCI, SVRI, GEF“.*

Systém Carescape nabízí k zobrazení hodnoty ejekční frakce pravé komory parametr REF přenášený z monitoru životních funkcí.

Bude zadavatel akceptovat řešení s přenosem parametrů: „CCO, SVR, CCI, SVRI, REF“?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel připouští, že v oblasti Hemodynamiky mimo GEF bude akceptovat i REF.

Přílohou této dodatečné informace je aktualizovaná Příloha č. 1 - Technická dokumentace a současně aktualizovaná Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o TP.

Žádáme Vás, abyste při podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku použili přiložené aktualizované podklady.

S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty na celou její původní délku. Nabídku je tedy možné předložit do 02.10.2025 do 15:00 hod.

Veškeré další části zadávacích podmínek zůstávají touto dodatečnou informací nedotčeny.

Jičín dne 18.09.2025

MUDr. Daniel Malý
předseda správní rady