

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	Dodávka medicínských chladniček pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Ev. č. VVZ:	Z2025-042982
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

v zadávací dokumentaci je uveden požadavek na minimální vnitřní rozměry chladničky v mm (Š/H/V) 440/430/650.

Dovolujeme si požádat o stanovisko, zda lze za vyhovující považovat i zařízení s vnitřními rozměry 450/440/620 mm (Š/H/V), které splňuje a překračuje požadavky v šířce a hloubce, avšak v parametru výšky je hodnota o 30 mm nižší oproti požadavku. Současně si dovoluujeme upozornit, že při uvedených rozměrech má námi nabízený přístroj větší vnitřní objem, než činí minimální požadavek zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje změnu, přičemž však musí být zachovány vnější rozměry.

S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě technické specifikace předmětu plnění - přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace, ve znění, uveřejněném na profilu zadavatele, před dnem uveřejnění tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **30. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - p02_tecnicka_specifikace_chladnicka_medicinska_NRK_VZD_04

Za zástupce zadavatele na základě pověření