

Dezinfekční plán ONN a.s.

Nemocnice Náchod Dezinfekční plán Oblastní nemocnice Náchod a.s.									
	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka	
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stolky, vozíky, podlahní mísy, umyvadla	odstranit nečistoty z podlah.mís, ponořit do roztoku	SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	0,50 %	30 min	A(B)TM(V)	suší měsic: HW, HBV,HCV, PR, anebo odčervení	
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,50 %	30 min	A(B)(V)	suší měsic: HW, HBV, HCV, PR, anebo odčervení	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2 tbl / 10l vody	15 min	ABTV	přidat saprofit HAV, HBV, Noro, Adeno, Rota – viry	
Malé plochy	dezinfekce postřikem	nastříkat a rozetřít	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	1 min	A(B)T(V)	i pro lesklé povrchy a nerez	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	1 min	A(B)(V)	noro, adeno – viry	
	dezinfekce otěrem	UZ sondy,citlivé materiály	INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	2 min	A(B)(V)	Adeno – viry	
						5 min	A(B)TMV		
						15 min	A(B+)*TMV		
			BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES	alkohol	ubrousek	3 min	A(B)TM(V)		
						1 min	A(B)T(V)		
			INCIDIN ALKOHOL WIPE	alkohol	ubrousek	5 min	A(B+)*T(V)	k dezinfekci pomůcek	
Citlivé materiály	inkubátory, akrylát, citlivé plasty	omýt roztokem	SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	0,25%	15 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	2 min	A(B)(V)	Adeno – viry	
	UZ sondy, citlivé materiály	otřít ubrouskem				5 min	A(B)TMV		
						15 min	A(B+)*TMV		
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1 tbl / 1,5l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.	rota, noroviry	
					5 tbl / 1,5l vody	15 min	ABCTMV	Včetně nádobí	
		nastříkat a rozetřít	INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	15 min	A(B+)*TMV + Cl.diff.		
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	30 sec	ABTM(V)		
Biologická znečištění	buněčnou smet v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřik neaplikovat do biologického materiálu)		INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	15 min	A(B+)*TMV		
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	15 min	A(B+)*TMV + Cl.diff.	nestříkat přímo do biologického materiálu	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1 tbl / 1,5l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.		
Sifony	roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1tbl / 1,5 l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.	nechat nejlépe přes noc	
Nástroje a přístroje	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1,00 %	15 min	A(B)TM(V)		
			BOMIX PLUS	KAS	0,50 %	15 min	A(B)(V)		
			STABIMED FRESH	amin, tenzidy	0,50 %	15 min	A(B)(V)	pouze sterilizace	
	odsávačky		SEKUSEPT AKTIV	peruhlčitan disodný	2,00 %	30 min	ABCTMV		
						1,00 %	10 min	A(B)(V)	
						2,00 %	15 min	ABCTM(V)	
	dekontaminace endoskopů	zcela ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	SEKUSEPT AKTIV	peruhlčitan disodný	2,00 %	30 min	ABCTMV	denně čerstvý	
			BOMIX PLUS	KAS	0,50 %	15 min	A(B)(V)		
druhý stupeň dezinfekce	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní) vodou vodou	SEKUSEPT AKTIV	peruhlčitan disodný	2,00 %	30 min	ABCTMV	denně čerstvý		
vyšší stupeň dezinfekce (VSD)		SEKUSEPT AKTIV	peruhlčitan disodný	2,00 %	30 min	ABCTMV	denně čerstvý		
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem, nechat působit, opláchnout	ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroctová	0,50 %	5 min	A(B)(V)		
			SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	0,25 %	15 min	A(B)(V)		
			Savagro A+	chlornan sodný	0,25 %	20 min	A(V)		
		potrubí RHB van	Kyselina amidosulfonová	dle doporučení servisních techniků / pracovníků					
			Thermosept NKP	kyselina fosforečná	0,20 %	5 min	pravidelné čištění	Teplota vody 40-60°C	
		4,00 %	5 min	při silném znečištění					
Nádobi	nádobi	očistit, ponořit do roztoku, oplach pitnou vodou	MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2 tbl / 10l vody	15 min	ABTV		
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem; CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže	SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)	pro alergiky	
						30 sec	ABTM(V)		
			SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)		
						30 sec	ABTM(V)		
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat (počkat do zaschnutí)	ANIOSGEL	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec./2x1,5min	ABTM(V)		
			SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TM(V)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min	
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	CITROCLOREX 2% CLEAR	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)T(V)	žlutá etiketa	
SKINSEPT G			alkohol, propanol	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)TM(V)	nechat vždy zcela zaschnout		
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)T(V)	zelená etiketa	
		Prevantics 2% Device Swab	chlorhexidin, isopropanol	ubrousek	1 min	A(B)(V)	remanentní účinek 24 hodin - použít při každé aplikaci		
MRSA	dekolonizace MRSA	3x denně celé tělo včetně vlasů	SKINSAN 2%	chlorhexidin, KAS	hygienické mytí rukou	30 sek / cca 3ml	A(B)(V)	mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pěnová forma pro imobilní pacienty	
					dekolonizace MRSA	1 min			
Silnice	dezinfekce silnic	před gym. a urolog. zákroky, oděrování, hygiena dušiny lázni	OCTENISEPT	octenidihydrochlorid	neředí se	1 min	A(B)(V)		

vysvětlivky: A – baktericidní, B – virucidní, (B) – omezené virucidní, C – sporicidní, M – mykobaktericidní, T – tuberkulocidní, V – fungicidní

platnost od 1.1.2025