

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

Elektricky polohovatelná infuzní křesla – 8 ks

Zadavatel:	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.
Sídlo:	Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám ze strany zadavatele **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 4.2.2026

Dotaz č. 1:

V názvu veřejné zakázky je uveden požadavek na dodání infuzních křesel. V prvním bodě technických podmínek je však současně specifikováno, že křeslo má být „vhodné jako transfuzní/dialyzační/na chemoterapii“.

Na základě dlouholetých zkušeností uchazeče s provozem hemodialyzačních středisek v České republice i na Slovensku a s provozem ambulancí poskytujících infuzní terapii upozorňujeme, že:

- infuzní křesla představují konstrukčně a funkčně zcela odlišný typ zařízení,
- dialyzační/chemoterapeutická/transfuzní křesla mají výrazně vyšší nároky na komfort, ergonomii, bezpečnostní prvky, motorické pohony, elektronické řízení a celkovou stabilitu.

Zásadní rozdíl vyplývá i z přetížení zařízení – dialyzovaní pacienti tráví v křesle až 14 hodin týdně, zatímco infuzní terapie zpravidla trvá výrazně kratší dobu a týká se pacientů s nižší mírou rizika. S ohledem na výše uvedené a na cenu uvedenou v zadávací dokumentaci upozorňujeme, že dialyzační/chemoterapeutická/transfuzní křesla se za předpokládanou hodnotu 40 000 Kč/ks při stávající technické specifikaci na trhu obvykle nevyskytují. Při parametrech odpovídajících dialyzačním křeslům je tato cenová hladina velmi obtížně dosažitelná, neboť tato zařízení se pohybují výrazně výše.

Žádáme zadavatele o kontrolu a jednoznačné vyjasnění požadavků, případně o přepracování technické specifikace nebo navýšení předpokládané hodnoty zakázky tak, aby odpovídala skutečným technickým nárokům na tato zařízení.

Zadání v současné podobě nám neumožňuje přesně určit, zda máme nabídnout infuzní křeslo, nebo křeslo odpovídající dialyzačním či chemoterapeutickým parametrům.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci jsou uvedeny následující parametry:

- minimální šířka sedací části (ložné plochy): 75 cm,
- minimální šířka područek: 14 cm každá,
- maximální celková šířka křesla: 90 cm

Uchazeč upozorňuje, že uvedené hodnoty nejsou vzájemně slučitelné, neboť: $75 + 14 + 14 = 103$ cm, což překračuje maximální možnou šířku křesla.

Zadání, dle názoru uchazeče, v této podobě je neproveditelné a pro přípravu správné a úplné nabídky je nutné uvedené parametry upravit.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď zadavatele ze dne 5.2.2026

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 4.2.2026, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace takto:

Křeslo vhodné pro podávání infuzí, atd.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace takto:

Křeslo musí mít vnější rozměry (délka x šířka s područkami): maximálně 215 x 93cm - z důvodu omezených rozměrů stacionáře.

Křeslo musí mít rozměry ložné plochy minimálně 1850 x 58 cm (bez područek).

Lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky doručte do 17.2.2026 do 10.30 hodin, pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK ONN a.s. na adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html (dále jen „E-ZAK ON Náchod“);

V Rychnově nad Kněžnou 5.2.2026

Ing. Luboš Mottl

ředitel

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.

člen představenstva ONN a.s.