

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Nerezové vozíky, instrumentační stolky a další vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, a to na základě přijatého dotazu ze dne 5. 2. 2026.

Dotaz č. 1

Umístění: ARO

Manipulační vozík – 3ks: v popisu je napsaná pouze 1 ks plastové vany 20 kg. Budete požadovat i rozpěrné koše viz Váš ilustrativní obrázek.

Odpověď na dotaz č. 1

ANO, zadavatel bude požadovat také 2x rozpěrný koš hluboký. Ze strany zadavatele se jednalo o administrativní chybu.

Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí provedl revizi Přílohy č. 2_Technická specifikace, ve které své požadavky upravil. Pro zpracování nabídky tak bude aktuální **Příloha č. 2_Technická specifikace_rev.1**.


Dotaz č. 2

Umístění: ARO

Lékový vozík – 19ks: poptáváte 19 ks lékových vozíků, ale v příslušenství máte uvedeny výklopné boxy pouze pro 10 vozíků. Prosím o upřesnění, zda budete chtít výklopné boxy na všech 19 kusů vozíků.

V příslušenství není určen počet výklopných boxů dle Vašeho ilustrativního obrázku se jedná o 10ti výklopný box.

Současně máte objednané i nerezové držáky na rukavice, které se standardně umísťují na stojny, jež jsou součástí výklopných boxů. Pokud by výklopné boxy měly být jen na 10ti vozících, bude potřeba zbývající držáky rukavic dovybavit samostatnými stojnami.



Odpověď na dotaz č. 2

ANO, zadavatel bude požadovat výklopné boxy pro všech 19 kusů vozíků a požaduje 10ti výklopné plastové boxy s aretací. Ze strany zadavatele se jednalo o administrativní chybu.

Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí provedl revizi Přílohy č. 2_Technická specifikace, ve které své požadavky upravil. Pro zpracování nabídky tak bude aktuální **Příloha č. 2_Technická specifikace_rev.1**.

Dotaz č. 3

Umístění: ARO

Multifunkční vozík – 4 ks: Poptáváte 4 kusy multifunkčních vozíků, ale v příslušenství máte uvedeny výklopné boxy na 9 vozíků. Prosím o upřesnění, zda budete chtít výklopné boxy pouze na 4 vozíky. V příslušenství není určen počet výklopných boxů dle Vašeho ilustrativního obrázku se jedná o 9ti výklopný box.



Odpověď na dotaz č. 3

Předně zadavatel uvádí, že tento vozík není určen pro umístění ARO, jak uvádí tazatel, ale v technické specifikaci je uvedeno umístění COS.

ANO, zadavatel požaduje výklopné boxy na 4 vozíky a požaduje 9ti výklopné boxy. Ze strany zadavatele se jednalo o administrativní pochybení.

Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí provedl revizi Přílohy č. 2_Technická specifikace, ve které své požadavky upravil. Pro zpracování nabídky tak bude aktuální **Příloha č. 2_Technická specifikace_rev.1**.

Dotaz č. 4

Umístění: ARO

Převazový vozík – 2 ks: Poptáváte 2 kusy převazových vozíků, ale v příslušenství máte uvedeny výklopné boxy na 9 vozíků. Prosím o upřesnění, zda budete chtít výklopné boxy pouze na 2 vozíky. V příslušenství není určen počet výklopných boxů dle Vašeho ilustrativního obrázku se jedná o 9ti výklopný box.



Odpověď na dotaz č. 4

Předně zadavatel uvádí, že tento vozík není určen pro umístění ARO, jak uvádí tazatel, ale v technické specifikaci je uvedeno umístění Chirurgická ambulance.


ANO, zadavatel bude požadovat 2 ks výklopných boxů s tím, že se bude jednat o 9ti výklopné boxy. Ze strany zadavatele se jednalo o administrativní pochybení.

Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí provedl revizi Přílohy č. 2_Technická specifikace, ve které své požadavky upravil. Pro zpracování nabídky tak bude aktuální **Příloha č. 2_Technická specifikace_rev.1**.

Dotaz č. 5

Umístění: Chirurgické oddělení

Převazový vozík – 2 ks: Poptáváte 2 kusy převazových vozíků, ale v příslušenství máte uvedeny výklopné boxy na 9 vozíků. Prosím o upřesnění, zda budete chtít výklopné boxy pouze na 2 vozíky. V příslušenství není určen počet výklopných boxů dle Vašeho ilustrativního obrázku se jedná o 9ti výklopný box.

**Odpověď na dotaz č. 5**

ANO, zadavatel bude požadovat výklopné boxy na 2 vozíky s tím, že se bude jednat o 9ti výklopný box. Ze strany zadavatele se jednalo o administrativní pochybení.

Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí provedl revizi Přílohy č. 2_Technická specifikace, ve které své požadavky upravil. Pro zpracování nabídky tak bude aktuální **Příloha č. 2_Technická specifikace_rev.1**.

Dotaz č. 6

Umístění: CS

Vozík na archy: V popisu máte 4x plato bez popisu a na Vašem obrázku je pouze 1 plato bez prolisu. Platí Váš obrázek?

Odpověď na dotaz č. 6

ANO, zadavatel skutečně požaduje 1x rovné plato bez prolisu. Ze strany zadavatele se jednalo o administrativní pochybení.

Zadavatel v souvislosti s touto odpovědí provedl revizi Přílohy č. 2_Technická specifikace, ve které své požadavky upravil. Pro zpracování nabídky tak bude aktuální **Příloha č. 2_Technická specifikace_rev.1**.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Luboš Mottl
člen správní rady