

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Mycí a dezinfekční automat“

Zadavatel: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.
Sídlo: Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážený,
níže Vám ze strany zadavatele **Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, o. z.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti jednoho účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 5. 2. 2026

Dobrý den,
prosím bude zadavatel akceptovat i celonerezové dveře se skleněnou výplní?
Pro provoz a zamýšlené použití není tento parametr nijak omezující

Děkuji

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dne 5.2.2026, tedy řádně a včas.

Zadavatel poskytuje podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení.

Ne, zadavatel neakceptuje nerezové dveře se skleněnou výplní.

Odůvodnění:

Vzhledem k omezenému prostoru a zvýšenému pohybu osob včetně vozíků kolem zařízení, zadavatel nadále trvá na celonerezových dveřích.

Lhůta pro doručení nabídek zůstává nezměněná.

Nabídky doručte do 10. 2. 2026 do 13:00 hodin.

V Rychnově nad Kněžnou dne 5. 2. 2026

Ing. Luboš Mottl
ředitel, člen správní rady ONN a.s.