

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

Elektrická pístová odsávačka, pojízdná – 4 ks

Zadavatel: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.
Sídlo: Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 9.2.2026

Posíláme dodatečný dotaz ohledně technické specifikace této VZ.

Technická specifikace je napsána pouze na jednoho výrobce odsávaček - pístový odsávací systém mají pouze elektrické odsávačky MEDELA:

Dotaz č. 1

Můžeme se účastnit s elektrickou odsávačkou s membránovým odsávacím systémem?

Dotaz č. 2

Průtok volitelný 40 /50 /60L/min - naše odsávačka má maximální průtok 50L/min při podtlaku 93 kPa. Podtlak je hlavní veličina funkce odsávačky. Průtok je pouze rychlost odsávačky - většina oddělení prakticky potřebuje maximální /vysoký podtlak k dostatečnému odsávání. Naše odsávačka má funkci jemného a pulzního odsávání pro požadavky na nižší průtoky. Bude zadavatel akceptovat naše řešení?

Dotaz č.3

Požadavek na hlučnost 40dB - můžeme se účastnit s elektrickou odsávačkou s hlučností 45dB s tolerancí výrobce +/- 15%. S touto tolerancí výrobce splňujeme Vaši podmínku.

Dotaz č.4

Hygienický koncept: jednodílný kryt ... takový kryt není možný - vždy musí být odsávačka ze dvou částí k možnému servisu/montáži agregátu - prosím o vyloučení tohoto požadavku.

Naše společnost může nabídnout elektrickou - elektronickou odsávačku s mikroprocesorem, plné dotykové ovládání s funkcí StandBy (po 10 sek. je odsávačka sama vypne - není slyšet, automatické zapnutí při odporu na konci odsávací hadice), jemné odsávání, pulzní odsávání.

Odpověď zadavatele ze dne 10.2.2026

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 9.2.2026, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel trvá na odsávacích s pístovým systémem z důvodu rychlého vytvoření vakua.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace takto:

Průtok: volitelný 40 / 50 l/min

Odpověď na dotaz č.3:

Zadavatel upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace takto:

Hlučnost max. 45 dB

Odpověď na dotaz č.4:

Zadavatel upravuje přílohu č. 2 - Technická specifikace takto:

Hygienický koncept: maximálně dvoudílný kryt, dotykové tlačítko ON/OFF

Lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky doručte do 27.2.2026 do 10.30 hodin, pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK ONN a.s. na adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html (dále jen „E-ZAK ON Náchod“);

V Rychnově nad Kněžnou 10.2.2026

Ing. Luboš Mottl

ředitel

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.

člen představenstva ONN a.s.