

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Operační stoly
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, a to na základě přijatého dotazu ze dne 12. 2. 2026.

A) Mobilní operační stůl pro chirurgii včetně příslušenství

Dotaz č. 1

1 Šířka pracovní desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u **Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství**, na řádku **1.4**, parametr **maximální šířky pracovní desky včetně eurolišť 590 mm**.

Bude Zadavatel akceptovat **šířku pracovní desky 600 mm**, která nemá žádný vliv na medicínský účel operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 1

ANO, zadavatel bude akceptovat šířku pracovní desky 600 mm.

Dotaz č. 2

2 Aretace stolu spuštěním celé základny na podlahu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u **Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství**, na řádku **1.11**, parametr **aretace stolu spuštěním celé základny na podlahu**.

Účastník nabízí řešení **výsuvných podstavců a zvednutí celého stolu**. Účastník má za to, že nabízené řešení převyšuje požadavky Zadavatele, jelikož umožňuje stejné zatížení podlahy, stejnou stabilitu a stejnou výšku pracovní desky jako v případě požadovaného řešení spuštění základny, avšak navíc umožňuje **přesnou elevaci pracovní desky kompenzující případné nerovnosti podlahy**.

Bude Zadavatel akceptovat **nabízené řešení výsuvných podstavců**, které převyšuje požadavky Zadavatele na funkci operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 2

ANO, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců s tím, že bude zaručena naprostá rovnováha stolu při případných nerovnostech podlahy.

Dotaz č. 3

3 Laterální náklon

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u **Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství**, na řádku **1.18**, parametr **minimálního laterálního náklonu $\pm 28^\circ$** .

Bude Zadavatel akceptovat **laterální náklon $\pm 25^\circ$** , kde **3°** nemají žádný vliv na použitelnost nebo požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 3

ANO, zadavatel bude akceptovat laterální náklon $\pm 25^\circ$.

Dotaz č. 4

4 Trendelenburg / antitrendelenburg

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u **Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství**, na řádku **1.20**, parametr **rozsahu Trendelenburg /antitrendelenburg $\pm 45^\circ$** .

Účastník nabízí rozsah **$\pm 35^\circ$** , přičemž má najisto postaveno, že **rozsah 45°** nemá žádný reálný medicínský přínos pro prováděné chirurgické výkony.

Bude Zadavatel akceptovat **rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$** ?

Odpověď na dotaz č. 4

ANO, zadavatel bude akceptovat rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$.

Dotaz č. 5

5 Ovládání stolu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství, na řádku 1.13, parametr elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače, a na řádku 1.14 parametr bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální polohy stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu.

Účastník nabízí operační stůl, který lze souběžně ovládat pomocí IR + rádiového a drátového ovladače a pedálu. Rádiový ovladač funguje i v případě zastínění IR senzoru rouškování. Ovladač zároveň umožňuje uložit 3 pozice, což z běžné praxe je více než dostatečné.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 5

NE, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Zastínění senzoru nelze předpokládat a z pohledu uživatelů uložení pouze 3 pamětí považujeme nedostatečné, vzhledem k většímu počtu lékařů/uživatelů, kteří operační stůl využívají /rozdílné fyzické parametry lékařů/.

Dotaz č. 6

6 Nosnost nožního dílu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství, na řádku 1.31, parametr minimální nosnosti nožního dílu 250 kg.

Účastník se domnívá, že 250 kg nelze nožní segment zatížit ani u extrémně obézních pacientů či při jakémkoli známém výkonu.

Bude Zadavatel akceptovat nosnost 225 kg?

Odpověď na dotaz č. 6

NE, zadavatel nebude akceptovat nosnost 225 kg. S narůstající vahou pacientů se vyžaduje mobilní nosnost stolu co nejvyšší a z pohledu uživatelů 25 kg rozdílu v nosnosti nožního dílu proti požadavku ve specifikaci se jeví již jako zásadní.

Dotaz č. 7

7 výška operační desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádku 1.15 „Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 580 – 1050 mm (bez polstrování)“.

Bude Zadavatel akceptovat rozsah 598 – 1148 mm?

Odpověď na dotaz č. 7

NE, zadavatel nebude akceptovat rozsah 598 – 1148 mm. Výškový rozsah a především jeho spodní rozsah, považujeme za jeden ze základních parametrů, a to zvláště při operacích v supinační poloze, kdy je pacient se skrčeným kolenem. Zde je pak každý centimetr rozhodující pro komfort operátora. Při rozdílu 18 mm pak může vést k nutnosti použít stupínek, což může být pro operátora i nebezpečné s možností pádu.

B) Mobilní operační stůl pro traumatologii včetně příslušenství

Dotaz č. 8

1 Šířka pracovní desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádku 1.2, parametr maximální šířky pracovní desky s eurolišti 590 mm.

Bude Zadavatel akceptovat šířku pracovní desky 600 mm, která nemá žádný vliv na medicínský účel operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 8

ANO, zadavatel bude akceptovat šířku pracovní desky 600 mm.

Dotaz č. 9

2 Podélný posun pracovní desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádce 1.8, parametr podélného posunu min. 450 mm.

Bude Zadavatel akceptovat podélný posun 400 mm, kde rozdíl 50 mm nemá žádný vliv na použitelnost nebo požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 9

NE, zadavatel nebude akceptovat podélný posun 400 mm. Zadavatel zásadně nesouhlasí s tvrzením tazatele, že rozdíl 50 mm nemá žádný vliv na použitelnost nebo požadovaný medicínský účel. Při využití např. RTG zesilovače je každý centimetr /tedy i 50 mm/ rozhodující v možnosti dobrého zobrazení skeletu a zabránění překrytí jinými artefakty.

Dotaz č. 10

3 Aretace stolu spuštěním celé základny na podlahu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádce 1.9, parametr aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití.

Účastník nabízí řešení výsuvných podstavců a zvednutí celého stolu. Účastník má za to, že nabízené řešení převyšuje požadavky Zadavatele, jelikož umožňuje stejné zatížení podlahy a stejnou stabilitu jako v případě požadovaného řešení spuštění základny, ale navíc umožňuje přesnou elevaci pracovní desky kompenzující případné nerovnosti podlahy.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců, které převyšuje požadavky Zadavatele na funkci operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 10

ANO, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců s tím, že bude zaručena naprostá rovnováha stolu při případných nerovnostech podlahy.

Dotaz č. 11

4 Ovládání stolu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádce 1.11, parametr elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače, a na řádce 1.12 parametr

bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu.

Účastník nabízí operační stůl, který lze souběžně ovládat pomocí rádiového a drátového ovladače a pedálu. Rádiový ovladač funguje i v případě zastínění IR senzoru rouškování. Ovladač zároveň umožňuje uložit 3 pozice, což z běžné praxe je více než dostatečné.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 11

NE, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Zastínění senzoru nelze předpokládat a z pohledu uživatelů uložení pouze 3 pamětí považujeme nedostatečné, vzhledem k většímu počtu lékařů/uživatelů, kteří operační stůl využívají /rozdílné fyzické parametry lékařů/.

Dotaz č. 12

5 výška operační desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádku 1.13 „Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 580 – 1120 mm (bez polstrování)“.

Bude Zadavatel akceptovat rozsah 598 – 1148 mm?

Odpověď na dotaz č. 12

NE, zadavatel nebude akceptovat rozsah 598 – 1148 mm. Z pohledu uživatele je výškový rozsah a především jeho spodní rozsah považován za jeden ze základních parametrů, zvláště když se operuje v supinanční poloze, kdy je pacient se skrčeným kolenem. Zde je pak každý centimetr rozhodující pro komfort operátora. Při rozdílu 18 mm pak může vést k nutnosti použít stupínek, což může být pro operátora i nebezpečné s možností pádu.

Dotaz č. 13

6 Trendelenburg / antitrendelenburg

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství, na řádku 1.19, parametr rozsahu Trendelenburg / antitrendelenburg min. $\pm 45^\circ$. Účastník nabízí rozsah $\pm 35^\circ$, přičemž má najisto postaveno, že 45° nemá žádný medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$?

Odpověď na dotaz č. 13

ANO, zadavatel bude akceptovat rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$.

Dotaz č. 14

7 Laterální náklon

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u **Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství**, na řádku **1.17**, parametr **minimálního laterálního náklonu $\pm 28^\circ$** .

Bude Zadavatel akceptovat **laterální náklon $\pm 25^\circ$** , kde **3°** nemají žádný vliv na použitelnost nebo požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 14

ANO, zadavatel bude akceptovat laterální náklon $\pm 25^\circ$.

C) Mobilní operační stůl pro ortopedii včetně příslušenství

Dotaz č. 15

1 Šířka pracovní desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.2, parametr maximální šířky pracovní desky s eurolišťami 590 mm.

Bude Zadavatel akceptovat šířku pracovní desky 600 mm, která nemá žádný vliv na medicínský účel operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 15

ANO, zadavatel bude akceptovat šířku pracovní desky 600 mm.

Dotaz č. 16

2 Podélný posun pracovní desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.8, parametr podélného posunu min. 450 mm.

Účastník nabízí podélný posun 400 mm.

Bude Zadavatel akceptovat podélný posun 400 mm, kde rozdíl 50 mm nemá žádný vliv na použitelnost nebo požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 16

NE, zadavatel nebude akceptovat podélný posun 400 mm. Z pohledu uživatele např. při využití zesilovače RTG je každý centimetr /tedy i 50 mm/ rozhodující pro možnost dobrého zobrazení skeletu a zabránění překrytí jinými artefakty.

Dotaz č. 17

3 Aretace stolu spuštěním celé základny na podlahu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.9, parametr aretace stolu spuštěním základny na

podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití.

Účastník nabízí řešení výsuvných podstavců a zvednutí celého stolu. Účastník má za to, že nabízené řešení převyšuje požadavky Zadavatele, jelikož umožňuje stejné zatížení podlahy a stejnou stabilitu jako v případě požadovaného řešení spuštění základy, ale navíc umožňuje přesnou elevaci pracovní desky kompenzující případné nerovnosti podlahy.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců, které převyšuje požadavky Zadavatele na funkci operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 17

ANO, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců s tím, že bude zaručena naprostá rovnováha stolu při případných nerovnostech podlahy.

Dotaz č. 18

4 Ovládání stolu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.12, parametr elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače, a na řádku 1.13 parametr bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu.

Účastník nabízí operační stůl, který lze souběžně ovládat pomocí IR + rádiového a drátového ovladače a pedálu. Rádiový ovladač funguje i v případě zastínění IR senzoru rouškování. Ovladač zároveň umožňuje uložit 3 pozice, což z běžné praxe je více než dostatečné.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 18

NE, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Zastínění senzoru nelze předpokládat a z pohledu uživatelů uložení pouze 3 pamětí považujeme nedostatečné, vzhledem k většímu počtu lékařů/uživatelů, kteří operační stůl využívají /rozdílné fyzické parametry lékařů/.

Dotaz č. 19

5 výška operační desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.14 „Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 580 – 1120 mm (bez polstrování)“.

Bude Zadavatel akceptovat rozsah 598 – 1148 mm?

Odpověď na dotaz č. 19

NE, zadavatel nebude akceptovat rozsah 598 – 1148 mm. Z pohledu uživatele je výškový rozsah a především jeho spodní rozsah považován za jeden ze základních parametrů, zvláště když se operuje v supinanční poloze, kdy je pacient se skrčeným kolenem. Zde je pak každý centimetr rozhodující pro

komfort operátora. Při rozdílu 18 mm pak může vést k nutnosti použít stupínek, což může být pro operátora i nebezpečné s možností pádu.

Dotaz č. 20

6 Trendelenburg / antitrendelenburg

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.20, parametr rozsahu Trendelenburg / antitrendelenburg min. $\pm 45^\circ$.

Účastník nabízí rozsah $\pm 35^\circ$, přičemž má najisto postaveno, že 45° nemá žádný medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat **rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$?**

Odpověď na dotaz č. 20

ANO, zadavatel bude akceptovat rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$.

Dotaz č. 21

7 Laterální náklon

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.17, parametr minimálního laterálního náklonu $\pm 28^\circ$.

Bude Zadavatel akceptovat laterální náklon $\pm 25^\circ$, kde 3° nemají žádný vliv na použitelnost nebo požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 21

ANO, zadavatel bude akceptovat laterální náklon $\pm 25^\circ$.

D) Mobilní operační stůl pro gynekologii včetně příslušenství

Dotaz č. 22

1 Šířka pracovní desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství, na řádku 1.2, parametr maximální šířky pracovní desky s eurolišťami 590 mm.

Bude Zadavatel akceptovat šířku pracovní desky 600 mm, která nemá žádný vliv na medicínský účel operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 22

ANO, zadavatel bude akceptovat šířku pracovní desky 600 mm.

Dotaz č. 23

2 Ovládání stolu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství, na řádku 1.12, parametr elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače, a na řádku 1.13 parametr bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu.

Účastník nabízí operační stůl, který lze souběžně ovládat pomocí rádiového a drátového ovladače a pedálu. Rádiový ovladač funguje i v případě zastínění IR senzoru rouškování. Ovladač zároveň umožňuje uložit 3 pozice, což z běžné praxe je více než dostatečné.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 23

NE, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Zastínění senzoru nelze předpokládat a z pohledu uživatelů uložení pouze 3 pamětí považujeme nedostatečné, vzhledem k většímu počtu lékařů/uživatelů, kteří operační stůl využívají /rozdílné fyzické parametry lékařů/.

Dotaz č. 24

3 výška operační desky

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství, na řádku 1.14 „Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 580 – 1120 mm (bez polstrování)“.

Bude Zadavatel akceptovat rozsah 598 – 1148 mm?

Odpověď na dotaz č. 24

NE, zadavatel nebude akceptovat rozsah 598 – 1148 mm. Z pohledu uživatele je výškový rozsah a především jeho spodní rozsah považován za jeden ze základních parametrů, zvláště když se operuje v supinanční poloze, kdy je pacient se skrčeným kolenem. Zde je pak každý centimetr rozhodující pro komfort operátora. Při rozdílu 18 mm pak může vést k nutnosti použít stupínek, což může být pro operátora i nebezpečné s možností pádu.

Dotaz č. 25

4 Laterální náklon

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství, na řádku 1.17, parametr minimálního laterálního náklonu $\pm 28^\circ$.

Odpověď na dotaz č. 25

Zde zadavatel neví, na co se účastník chtěl zeptat. Vzhledem k podobnosti dotazu s předchozími dotazy zadavatel odkazuje na odpovědi č. 3, 14 a 21.

Dotaz č. 26

5 Trendelenburg / antitrendelenburg

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství, na řádku 1.20, parametr rozsahu Trendelenburg / antitrendelenburg min. $\pm 45^\circ$.

Účastník nabízí rozsah $\pm 35^\circ$, přičemž má najisto postaveno, že 45° nemá žádný medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$?

Odpověď na dotaz č. 26

ANO, zadavatel bude akceptovat rozsah polohy Trendelenburg / antitrendelenburg $\pm 35^\circ$.

Dotaz č. 27

6 Aretace stolu spuštěním celé základny na podlahu

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství, na řádku 1.11, parametr aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití.

Účastník nabízí řešení výsuvných podstavců a zvednutí celého stolu. Účastník má za to, že nabízené řešení převyšuje požadavky Zadavatele, jelikož umožňuje stejné zatížení podlahy a stejnou stabilitu jako v případě požadovaného řešení spuštění základny, ale navíc umožňuje přesnou elevaci pracovní desky kompenzující případné nerovnosti podlahy.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců, které převyšuje požadavky Zadavatele na funkci operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 27

ANO, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení výsuvných podstavců s tím, že bude zaručena naprostá rovnováha stolu při případných nerovnostech podlahy.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek a to o celou její původní délku. **Lhůta pro otevírání nabídek se nově stanovuje do 16. 3. 2026 do 10.00 hodin.**

Ing. Luboš Mottl
člen správní rady