

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka **Operační stoly**

Zadavatel Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01
Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, a to na základě přijatého dotazu ze dne 17. 2. 2026.

Dotaz č. 1

Dotaz č. 1: Nabíjení bezdrátového ovladače (všechny typy stolů)

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u:

- Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství (řádek 1.14),
- Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství (řádek 1.12),
- Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství (řádek 1.13),
- Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství (řádek 1.13),

parametr:

„Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu.“

Účastník nabízí řešení nabíjení bezdrátového ovladače prostřednictvím **dokovací stanice**, která je pevnou součástí systému, umožňuje bezpečné a kontrolované dobíjení, eliminuje manipulaci s kabelem v prostoru operačního pole a snižuje riziko mechanického poškození konektorů.

Účastník má za to, že způsob nabíjení bezdrátového ovladače nemá žádný vliv na medicínský účel operačního stolu ani na bezpečnost pacienta či personálu, pokud je zajištěna plná funkčnost ovládání a nepřetržitá provozuschopnost systému.

Bude Zadavatel akceptovat nabíjení bezdrátového ovladače prostřednictvím dokovací stanice namísto nabíjení kabelem ze základny operačního stolu?

Odpověď na dotaz č. 1

ANO, zadavatel bude akceptovat nabíjení bezdrátového ovladače prostřednictvím dokovací stanice namísto nabíjení kabelem ze základny operačního stolu.

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2 Nejnižší výška operační desky (všechny typy stolů)

Zadavatel v technické specifikaci v příloze č. 2 požaduje u:

- Mobilního operačního stolu pro chirurgii včetně příslušenství (řádek 1.15),
- Mobilního operačního stolu pro traumatologii včetně příslušenství (řádek 1.13),
- Mobilního operačního stolu pro ortopedii včetně příslušenství (řádek 1.14),
- Mobilního operačního stolu pro gynekologii včetně příslušenství (řádek 1.14),

parametr nejnižší výšky pracovní desky 580 mm (bez polstrování).

Účastník nabízí nejnižší výšku pracovní desky **590 mm**, tedy rozdíl 10 mm oproti požadavku Zadavatele.

Účastník má za to, že rozdíl 10 mm nemá žádný reálný vliv na ergonomii operátora ani na provádění výkonů, zejména s ohledem na skutečnost, že běžně používané operační schůdky mají výšku minimálně 150–200 mm a jsou standardní součástí vybavení operačních sálů. Rozdíl 10 mm tak nepředstavuje prakticky využitelný ani medicínsky významný parametr.

Bude Zadavatel akceptovat nejnižší výšku pracovní desky 590 mm?

Odpověď na dotaz č. 2

NE, jak již zadavatel uvedl v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, zadavatel i nadále trvá na svém požadavku, tj. parametru nejnižší výšky pracovní desky 580 mm (bez polstrování).

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek a to o celou její původní délku. **Lhůta pro otevírání nabídek** se nově stanovuje **do 23. 3. 2026 do 10.00 hodin**.

Ing. Luboš Mottl
člen správní rady