

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem - dodávka výpočetního tomografu (CT)
 zadavatel	Městská nemocnice, a.s. sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ, DIČ: 252 62 238, CZ699004900 zápis v OR: u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584 statutární orgán: MUDr. Pavel Křenovský, předseda správní rady tel, e-mail, id DS: +420 499 300 671, krenovsky@mndk.cz , kkae6u3 ve věcech ZŘ: Ing. Martin Stein, specialista IT tel, e-mail: +420 499 300 681, stein@mndk.cz
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2026-009098	
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html	
Kódy předmětu VZ dle klasifikace CPV/CZ-CC:	33100000-1 - zdravotnické přístroje 33115000-1 - tomografické přístroje 50421000-27 - opravy a údržba zdravotnických zařízení
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel, e-mail, id DS: +420 731 020 021, blazek@ingeniring.cz , 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>

V zadávacím řízení byl zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek:

Vážený zadavateli,

v části požadavků je uvedeno, že „systém se skládá z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí a Multimodalitního nezávislého serverového portálu s pracovními stanicemi“. Abychom mohli připravit jednoznačnou a plně vyhovující nabídku, dovoluujeme si požádat o upřesnění následujících bodů:

Zadavatel předem upřesňuje, že součástí dodávky CT bude:

- *Akviziční pracovní stanice s dvojicí barevných LCD monitorů s úhlopříčkou minimálně 24" a základním obrazovým zpracováním (MPR, MIP, 3D SSD, objemový rendering).*
- *Samostatná vyhodnocovací pracovní stanice s dvojicí barevných LCD monitorů s úhlopříčkou minimálně 24", základním obrazovým zpracováním (MPR, MIP, 3D SSD, objemový rendering) a dalším softwarovým vybavením pro CT kolonoskopii a CT angiografii dle specifikace v části Příslušenství.*
- *Samostatná vyhodnocovací pracovní stanice může být dodána i jako klientská pracovní stanice serverového portálu s licencí pro jednoho uživatele s tím, že budou splněny výše uvedené požadavky. Podrobnější požadavky na hardwarové vybavení zadavatel nespecifikuje.*
- *Zadavatel dále upřesňuje, že vybavení pro intervenční výkony a kompletní kardio vyšetření není vyžadováno.*

K dotazům samotným:

Žádost o vysvětlení 1/1

Specifikace multimodalitního serverového portálu – Jaké funkce, modality a rozsah vyhodnocovacích nástrojů má portál povinně podporovat?

Vysvětlení 1/1

Bude podporovat CT. Rozsah vyhodnocovacích nástrojů - viz výše.

Žádost o vysvětlení 1/2

Počet současně pracujících (concurrent) uživatelů – Kolik uživatelů musí být schopno pracovat s portálem současně?

Vysvětlení 1/2

Zadavatel sděluje, že jeden.

Žádost o vysvětlení 1/3

Počet požadovaných pracovních stanic – Kolik diagnostických / vyhodnocovacích pracovních stanic má být součástí dodávky?

Vysvětlení 1/3

Zadavatel sděluje, že jedna akviziční stanice a jedna vyhodnocovací stanice.

Žádost o vysvětlení 1/4

Konfigurace pracovních stanic – Jaké parametry (výpočetní výkon, počet monitorů, rozlišení, velikost monitorů, specifické SW funkce apod.) mají jednotlivé stanice splňovat?

Vysvětlení 1/4

Dva monitory s úhlopříčkou 24", další hardwarové požadavky zadavatel nespecifikuje.

Jelikož se nejedná o informace, které by mohly rozšířit okruh potenciálních účastníků, není třeba jakkoli upravovat termín pro podání nabídek.

Ve Dvoře Králové nad Labem / Trutnově dne 19. 2. 2026

MUDr. Pavel Křenovský, v.r., předseda správní rady

za správnost administrátor