

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č.

Veřejná zakázka	Defibrilátory
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a to na základě přijatého dotazu ze dne 19. 2. 2026.

Dotaz č. 1

V rámci technické specifikace (Příloha č. 02) zadavatel v části Defibrilátor požaduje u jednorázových elektrod, aby tyto byly uvedeny v číselníku VZP.

Dle dostupných informací je tento požadavek pro účely nemocniční péče nadbytečný a v kontextu hospodářské soutěže potenciálně diskriminační. Kódy ZUM (zvlášť účtovaný materiál) pro AED elektrody v číselníku VZP slouží primárně pro proplácení spotřebního materiálu Zdravotnickým záchranným službám (ZZS) v rámci specifického režimu úhrad.

Pro nemocniční péči, kde je spotřební materiál kalkulován v rámci paušálu nebo jiných mechanismů úhrad lůžkové péče, není registrace v tomto konkrétním číselníku zákonnou ani provozní podmínkou pro použití zdravotnického prostředku. Elektrody se ZUM kódem jsou propláceny pouze Zdravotnickým záchranným službám, a proto je tento požadavek pro nemocniční provoz bezpředmětný.

Trváním na tomto parametru zadavatel nedůvodně omezuje hospodářskou soutěž, neboť vylučuje dodavatele kvalitních zdravotnických prostředků, které splňují veškeré legislativní náležitosti a technické požadavky, ale nejsou primárně určeny pro segment ZZS.

Zadavatele zdvořile žádáme, aby tento parametr ze zadávacích podmínek odstranil.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upraví Přílohu č. 2_Technické specifikace tak, že odstraní požadavek na číselník VZP.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek a to o celou její původní délku. **Lhůta pro otevírání nabídek se nově stanovuje do 2. 3. 2026 do 10.00 hodin.**

Ing. Luboš Mottl
člen správní rady