

Dodatečná informace č. 1 v zadávacím řízení

zadávaném podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

název veřejné zakázky:	Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Obměna přístrojového vybavení lůžkových oddělení nemocnice
Tento projekt bude financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví	
druh zadávacího řízení:	otevřené nadlimitní řízení
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	3 396 000,- Kč
evidenční číslo veřejné zakázky (dle VVZ):	522546
identifikace zadavatele:	Městská nemocnice, a.s.
sídlo:	Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ, DIČ:	252 62 238, CZ25262238
zápis v OR:	u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584
statutární orgán:	Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva
tel., fax:	+420 499 621 571, +420 499 320 511
e-mail:	vavra@mndk.cz

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti dodatečné informace.

Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve stanoveném termínu, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně související dokumenty, současně všem známým uchazečům nejpozději do 6 pracovních dnů doručení žádosti. Současně bude dokument zveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html.

Žádost o dodatečnou informaci 1/1

Ve specifikaci pro skiografický komplet – sloupová varianta – elevační stůl v části Sloupový stojan držáku rentgenky zadavatel požaduje svislý pohyb rentgenky minimálně 380 mm – 1900 mm a v části Vertigraf s bucky clonou požadujete možnost nastavení minimální vzdálenosti horizontálního paprsku od země minimálně 380 mm k ose bucky. Námí nabízený systém špičkové kvality, který odpovídá všem požadovaným parametrům, má rozsah svislého pohybu rentgenky větší, než zadavatel požaduje – 400 mm až 2020 mm, spodní hranice je ale o 2 cm vyšší, než uvádí zadavatel. Z hlediska klinického účelu využití přístroje rozdíl 2 cm nemá opodstatnění.

Bude zadavatel akceptovat rozsah výškového nastavení v rozsahu 400 mm – 2020 mm a minimální vzdálenosti horizontálního paprsku do země minimálně 400 mm k ose bucky?

Dodatečná informace č. 1/1

Ano, zadavatel akceptuje tyto parametry výškového nastavení; pro zadavatele je směrodatný rozsah svislého pohybu rentgenky.

Žádost o dodatečnou informaci 1/2

Ve specifikaci pro skiografický komplet – sloupová varianta – elevační stůl v části Sloupový stojan držáku rentgenky zadavatel požaduje spřažený pohyb sloupu rentgenky a bucky clony. Tento požadavek je obvyklý u RTG systémů vyšší kategorie, s přímou digitalizací se stropním uchycením rentgenky. U analogového systému v konfiguraci odpovídající technické specifikaci tato funkce nenabývá plného využití. Přístroje v této kategorii dodáváme bez spřaženého pohybu sloupu rentgenky a bucky clony.

Bude zadavatel, pro rozšíření možného okruhu dodavatelů akceptovat i přístroj, který nedisponuje spřaženým pohybem sloupu rentgenky a bucky clony?

Dodatečná informace č. 1/2

Ne, spřažený pohyb sloupu rentgenky a bucky clony zadavatel požaduje, tato výbava umožňuje v budoucí době modernizaci přístroje použitím DR PANELU.

Žádost o dodatečnou informaci 1/3

Ve specifikaci pro skiografický komplet – sloupová varianta – elevační stůl zadavatel uvádí Možné příslušenství kompletu.

Z formulace v technické specifikaci není zřejmé, zda uvedené příslušenství má být součástí nabídky nebo zda k nabídnutému přístroji má být možné si v případě pozdějšího zájmu uvedené možné příslušenství kompletu dokoupit. Žádáme zadavatele o upřesnění tohoto požadavku.

Dodatečná informace č. 1/3

Zadavatel upřesňuje následovně: možné příslušenství kompletu je součástí nabídky.

Žádost o dodatečnou informaci 1/4

Zadavatel uveřejnil v zadávací dokumentaci své požadavky v rámci technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst. 1 písm. a) následovně:

Zadavatel po uchazeči požaduje předložení seznamu obdobných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech.

Zadavatel přitom stanoví, že uchazeč splní podmínku stanovenou zadavatelem, předloží-li seznam minimálně tří dodávek obdobných předmětu této veřejné zakázky, tj. dodávky obdobných zařízení včetně služeb s tímto spojených, bez omezení či předpisu výše finančního plnění.

Vycházíme z výkladu odborné publikace: „Zákon o veřejných zakázkách s komentářem od autorů Milan Šebesta, Vilém Podešva, Miloš Olík a Tomáš Machurek“, která ve svém komentáři uvádí, že: „zákon ani evropské zadávací směrnice nestanoví, zda se má jednat o poslední tři roky kalendářní, tři roky obecné nebo případně poslední tři účetní období“ a dále, že: „vymezení tohoto požadavku ve vztahu k posledním třem kalendářním rokům by tak mohlo být ve vztahu k některému z dodavatelů diskriminující, tomuto výkladu rovněž nasvědčuje skutečnosti, že jak zákon, tak i evropské zadávací směrnice výslovně zmiňují pojem kalendářní rok či účetní období, pokud chtějí, aby se určitý úkon vázal ke kalendářnímu roku či účetnímu období.“

V této souvislosti si dovoluujeme poukázat na skutečnost, že v posledních třech letech (počítáno od konce lhůty pro podání nabídky) nebyly v České republice realizovány projekty obdobného charakteru, které by odpovídaly požadovaným referenčním zakázkám, tedy obsahovaly současně všechny položky předmětu vypsane veřejné zakázky.

Chápeme správně, že dodavatel může prokázat referenční zakázky za poslední 3 ukončená účetní období, tzn. realizované mezi 1.1.2012 a 31.12.2014 s tím, že každá taková zakázka musí obsahovat minimálně jednu položku z předmětu vypsane veřejné zakázky?

Dodatečná informace č. 1/4

§ 56 zákona - Technické kvalifikační předpoklady - v ustanovení článku (1) stanovuje, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Zadavatel tedy ve shodě s výše citovaným ustanovením zákonem stanovil požadavek na významné referenční dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech. Každá taková dodávka pak musí obsahovat minimálně jednu položku z požadovaného předmětu plnění této veřejné zakázky.

Dodatečné informace byly zpracovány na základě podkladů zadavatele a věřím, že plně a nade vší pochybnost pokrývají dotazy uchazeče.

Dodatečné informace nejsou dle zadavatele takového charakteru, aby rozšířily počet potenciálních uchazečů, tedy není třeba jakkoli upravovat lhůtu pro podání nabídek.

Jménem osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti, v Trutnově, 9. 11. 2015

Ing. Ludvík Blažek
administrátor zadávacího řízení na základě plné moci

