

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem - dodávka výpočetního tomografu (CT)
 zadavatel	Městská nemocnice, a.s. sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ, DIČ: 252 62 238, CZ699004900 zápis v OR: u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584 statutární orgán: MUDr. Pavel Křenovský, předseda správní rady tel, e-mail, id DS: +420 499 300 671, krenovsky@mndk.cz , kkae6u3 ve věcech ZŘ: Ing. Martin Stein, specialista IT tel, e-mail: +420 499 300 681, stein@mndk.cz
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2026-009098	
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html	
Kódy předmětu VZ dle klasifikace CPV/CZ-CC:	33100000-1 - zdravotnické přístroje 33115000-1 - tomografické přístroje 50421000-27 - opravy a údržba zdravotnických zařízení
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel, e-mail, id DS: +420 731 020 021, blazek@ingeniring.cz , 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>

V zadávacím řízení byl zadavateli doručeny následující **Žádost o vysvětlení 3/1** zadávacích podmínek:

Vážený zadavateli,

v zadávací dokumentaci v sekci Technická kvalifikace je uvedeno, že „Zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 2 významné dodávky, pro dvě různá zdravotnická zařízení, poskytující akutní lůžkovou péči, obsahující dodávku CT přístroje o finanční hodnotě minimálně 15 mil. Kč bez DPH.“

V návaznosti na požadavek v zadávací dokumentaci, podle něhož má významná dodávka obsahovat „dodávku CT přístroje o finanční hodnotě minimálně 15 mil. Kč bez DPH“, si dovoluujeme požádat o upřesnění, zda se uvedená finanční hodnota vztahuje výhradně na samotný přístroj, nebo zda může zahrnovat také související služby poskytované v rámci jedné dodávky, zejména servisní smlouvu.

Vzhledem k tomu, že běžná pořizovací cena CT přístrojů odpovídající této kategorii se na českém trhu standardně pohybuje mezi cca 9–12 mil. Kč bez DPH, zatímco k dosažení celkové hodnoty 15 mil. Kč obvykle přispívají související služby včetně víceletých servisních smluv, žádáme o potvrzení, zda je možné za významnou dodávku považovat komplexní plnění, jehož součástí je:

- dodávka CT přístroje (např. v hodnotě cca 10 mil. Kč),
- servisní smlouva či jiné podpůrné služby navázané na dodávku (např. v hodnotě odpovídající dosažení celkové částky 15 mil. Kč).

Domníváme se, že takovéto komplexní plnění odpovídá skutečné povaze dodávek této technologie v praxi a umožňuje objektivně doložit odbornou způsobilost dodavatele.

Prosíme o potvrzení, zda uvedené pojetí je akceptovatelné.

Konfigurace pracovních stanic – Jaké parametry (výpočetní výkon, počet monitorů, rozlišení, velikost monitorů, specifické SW funkce apod.) mají jednotlivé stanice splňovat?

Vysvětlení 3/1

Zadavatel potvrzuje, že v souladu s předmětem zadávacího řízení, jehož cílem je

- uzavření Kupní smlouvy na dodání výpočetního tomografu (CT přístroje) včetně odkoupení, demontáže a vymístění zadavatelem dosud používaného zařízení, dopravy, umístění, instalace nově dodaného zařízení a jeho dvaceti čtyř měsíčního záručního autorizovaného servisu a*
- uzavření servisní smlouvy na provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení CT přístroje v rozsahu pravidelných, zákonem určených, bezpečnostně technických prohlídek, servisních zásahů a oprav po skončení dvaceti čtyř měsíční záruční doby, po dobu osmi (8) let*

mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, považuje zadavatel samozřejmě za významnou dodávku komplexní plnění, jehož součástí je jak dodávka CT přístroje, tak servisní či jiné podpůrné služby navázané na dodávku, tak jak popisuje tazatel a jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Konfigurace pracovních stanic, tedy jaké parametry (výpočetní výkon, počet monitorů, rozlišení, velikost monitorů, specifické SW funkce apod.) mají jednotlivé stanice splňovat, byla řešena ve vysvětlení č. 1 vydaného zadavatelem dne 19. 2. 2026.

Věřím, že uvedené vysvětlení plně pokrývá problematiku žádosti o vysvětlení. Podmínky zadávacího řízení se nemění a jelikož se nejedná o informace, které by mohly rozšířit okruh potenciálních účastníků, není třeba jakkoli upravovat termín pro podání nabídek.

Ve Dvoře Králové nad Labem / Trutnově dne 2. 3. 2026

MUDr. Pavel Křenovský, v.r., předseda správní rady

za správnost administrátor