

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem - dodávka výpočetního tomografu (CT)
 zadavatel	Městská nemocnice, a.s. sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ, DIČ: 252 62 238, CZ699004900 zápis v OR: u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584 statutární orgán: MUDr. Pavel Křenovský, předseda správní rady tel, e-mail, id DS: +420 499 300 671, krenovsky@mndk.cz , kkae6u3 ve věcech ZŘ: Ing. Martin Stein, specialista IT tel, e-mail: +420 499 300 681, stein@mndk.cz
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2026-009098	
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html	
Kódy předmětu VZ dle klasifikace CPV/CZ-CC:	33100000-1 - zdravotnické přístroje 33115000-1 - tomografické přístroje 50421000-27 - opravy a údržba zdravotnických zařízení
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel, e-mail, id DS: +420 731 020 021, blazek@ingeniring.cz , 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>

V zadávacím řízení byl zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek:

Žádost o vysvětlení 4/1

Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující požadavek:

Gantry: velikost (průměr) otvoru gantry min. 720 mm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat CT systém, který má průměr otvoru gantry 700 mm při zachování klinického využití?

Vysvětlení 4/1

Nebude.

Žádost o vysvětlení 4/2

Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující požadavek:

Gantry: dotykový displej na obou stranách gantry umožňující v případě potřeby kompletní přípravu vyšetření přímo u pacienta

Dotaz:

Zumožňující přípravu vyšetření přímo u pacienta zahrnující kroky jako ovládání patientského stolu, naklápění gantry, ovládání laserové navigace?

Systém dále disponuje informačním displejem nad gantry, na kterém jsou zobrazena patientská data a informace o průběhu vyšetření. Jelikož se vyšetřovací protokoly běžně volí a nastavují na ovládací konzoli, měly by být výše uvedené kroky pro kompletní přípravu vyšetření přímo u pacienta dostačující.

Vysvětlení 4/2

Nebude.

Žádost o vysvětlení 4/3

Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující požadavek:

Generátor – zdroj RTG záření: efektivní tepelná kapacita anody rentgenky min. 25 MHU

Dotaz:

Výrobce neuvádí efektivní tepelnou kapacitu anody rentgenky, ale reálnou. Bude zadavatel akceptovat CT systém, který má **reálnou** tepelnou kapacitu anody rentgenky min. 7,5 MHU.

Vysvětlení 4/3

Zadavatel specifikuje efektivní tepelnou kapacitu anody rentgenky, s reálnou tepelnou kapacitou anody rentgenky nepracuje.

Věřím, že uvedené vysvětlení plně pokrývá problematiku žádosti o vysvětlení. Podmínky zadávacího řízení se nemění a jelikož se nejedná o informace, které by mohly rozšířit okruh potenciálních účastníků, není třeba jakkoli upravovat termín pro podání nabídek.

Ve Dvoře Králové nad Labem / Trutnově dne 3. 3. 2026

MUDr. Pavel Křenovský, v.r., předseda správní rady

za správnost administrátor