

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem - dodávka výpočetního tomografu (CT)
 zadavatel	Městská nemocnice, a.s. sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ, DIČ: 252 62 238, CZ699004900 zápis v OR: u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584 statutární orgán: MUDr. Pavel Křenovský, předseda správní rady tel, e-mail, id DS: +420 499 300 671, krenovsky@mndk.cz , kkae6u3 ve věcech ZŘ: Ing. Martin Stein, specialista IT tel, e-mail: +420 499 300 681, stein@mndk.cz
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2026-009098	
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html	
Kódy předmětu VZ dle klasifikace CPV/CZ-CC:	33100000-1 - zdravotnické přístroje 33115000-1 - tomografické přístroje 50421000-27 - opravy a údržba zdravotnických zařízení
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel, e-mail, id DS: +420 731 020 021, blazek@ingeniring.cz , 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>

V zadávacím řízení byl zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek:

Zadavatel požaduje v dokumentu „MN DK_dodávka CT_příloha č.2_techické požadavky MNDK“ v části „Dodávka v rámci předinstalační přípravy“, výměnu antistatické podlahy. Není zde specifikováno, o které prostory je jedná.

Žádost o vysvětlení 6/1

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci dotčených prostor v „plánu prostor pro umístění“.

Vysvětlení č. 6/1

Zadavatel požaduje výměnu antistatické podlahy ve všech prostorách pro umístění přístroje dle přílohy č. 5, tedy P110 chodbička, P111 svlékáč box, P112 WC, P113 vyšetřovna CT, P114 svlékáč box a P117 ovladovna a popisovna CT.

Věřím, že uvedené vysvětlení plně pokrývá problematiku žádosti o vysvětlení. Podmínky zadávacího řízení se nemění a jelikož se nejedná o informace, které by mohly rozšířit okruh potenciálních účastníků, není třeba jakkoli upravovat termín pro podání nabídek.

Ve Dvoře Králové nad Labem / Trutnově dne 11. 3. 2026

MUDr. Pavel Křenovský, v.r., předseda správní rady za správnost administrátor