

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„4 ks systémů pro ohřev pacienta včetně příslušenství“

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>     | <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.</b> |
| <b>Sídlo:</b>         | Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |
| <b>IČ:</b>            | 26000202                                    |
| <b>DIČ:</b>           | CZ699004900                                 |
| <b>Způsob zadání:</b> | zakázka malého rozsahu                      |

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku.

### Úplné znění dotazů účastníka ze dne 13.3.2026

tímto Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace pro následující parametry uvedené v příloze č. 2 „Technická specifikace“:

- Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 32 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.

Dotaz č. 1: Vzhledem k tomu, že je účelem ohřev pacienta, tak je nastavená teplota vyšší než 32 °C. V praxi se nejnížší „od“ hodnoty nepoužívají. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ohřev pacienta s rozsahem systému 33 °C až 39 °C?

- Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji

Dotaz č. 2: V současné době nejsou na trhu systémy, které jsou odolné vůči defibrilačnímu výboji běžné. Tato odolnost musí být vyznačena v manuálu. Bude zadavatel akceptovat nabídku na systém ohřevu pacienta, který je příložná část typu BF?

- 8 ks - opakovatelně použitelná matrace, kterou lze použít i jako příkrývku, o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm

Dotaz č. 3: Pro komfort pacienta je důležitá kvalitní matrace s antidekubitní vrstvou. S ohledem na komfort a bezpečí pacienta (a s ohledem na životnost) jsou matrace navrženy odlišně než příkrývky. Kvalitní a funkční matrace jsou nevhodné jako příkrývky pro pacienta. Naopak příkrývky jsou lehčí a tenčí a nezatěžují tak pacienta a zároveň se tělu přizpůsobí. Zváží zadavatel s ohledem na provoz a životnost nakupovaného systému možnost dodání 4 ks podložek v požadovaném intervalu rozměru a 4 ks příkrývek o rozměru 100 x 70 cm nebo 180 x 40 cm?

- 8 ks - obal na matraci/přikrývku o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm (kompatibilní s nabízenou matrací/přikrývkou viz řádek výše)

Dotaz č. 4: Bude zadavatel akceptovat nabídku bez obalů, neboť nejsou potřebné a systém se bez nich zcela obejde?

Děkujeme a jsme s pozdravem

### **Odpověď zadavatele ze dne 16.3.2026**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 13.3.2026, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

#### **Odpověď na dotaz č.1:**

**Zadavatel upravuje přílohu č. 2 – Technická specifikace takto:**

Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 33 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

**Zadavatel trvá na požadavku - systém odolný vůči defibrilačnímu výboji.**

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

**Zadavatel trvá na požadavku - 8 ks - opakovatelně použitelná matrace, kterou lze použít i jako přikrývku, o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm**

Odůvodnění: Zadavatel potřebuje hlavně matrace, možnost využití matrace i jako přikrývky bere jako bonus při občasné potřebě. Na rozměrech trváme, neboť je omezená velikost operačního stolu a vycházíme hlavně z potřeb oddělení.

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

**Zadavatel trvá na požadavku - 8 ks - obal na matraci/přikrývku o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm (kompatibilní s nabízenou matrací/přikrývkou viz řádek výše).**

Odůvodnění: Obal zvyšuje životnost matrace.

**Lhůta pro doručení nabídky:**

**Nabídky doručte do 30.3.2026 do 9:00 hodin, pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK ONN a.s. na adrese: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html) (dále jen „E-ZAK ON Náchod“);**

V Rychnově nad Kněžnou 16.3.2026

Ing. Luboš Mottl

ředitel

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.

člen představenstva ONN a.s.