

Dodatečná informace č. 2 v zadávacím řízení

zadávaném podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

název veřejné zakázky:	Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Obměna přístrojového vybavení lůžkových oddělení nemocnice
Tento projekt bude financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví	
druh zadávacího řízení:	otevřené nadlimitní řízení
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	3 396 000,- Kč
evidenční číslo veřejné zakázky (dle VVZ):	522546
identifikace zadavatele:	Městská nemocnice, a.s.
sídlo:	Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ, DIČ:	252 62 238, CZ25262238
zápis v OR:	u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584
statutární orgán:	Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva
tel., fax:	+420 499 621 571, +420 499 320 511
e-mail:	vavra@mndk.cz

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti dodatečné informace.

Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve stanoveném termínu, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně související dokumenty, současně všem známým uchazečům nejpozději do 6 pracovních dnů doručení žádosti. Současně bude dokument zveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html.

Žádost o dodatečnou informaci 2/1

V Technické specifikaci dodávky, která je součástí zadávací dokumentace, je požadováno u anesteziologického přístroje v části nazvané **„Anesteziologický přístroj bez monitoringu VF a plynů – obecné požadavky“** dodržení i těchto parametrů:

Použití přístroje pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ. Námi nabízený anesteziologický přístroj komunikuje ve slovenském jazyce.

Dotaz: Je pro zadavatele akceptovatelné, aby přístroj komunikoval ve SJ?

Dodatečná informace č. 2/1

Zadavatel akceptuje, aby přístroj komunikoval ve SJ.

Žádost o dodatečnou informaci 2/2

Průtokové snímače INSP/EXP integrované ve vyhřívané ventilové komoře

Námi nabízený anesteziologický přístroj má průtokový snímač umístěn přímo na dýchacích hadicích těsně při ústech pacienta, a ne přímo ve ventilové komoře. Toto řešení se osvědčilo v klinické praxi a umožňuje, aby přístroj automaticky korigoval i mrtvý prostor mezi ventilovou komorou a pacientem.

Dotaz: Je pro zadavatele akceptovatelné řešení s průtokovým snímačem INSP/EXP umístěným přímo na dýchacích hadicích těsně při ústech pacienta?

Dodatečná informace č. 2/2

Zadavatel akceptuje i řešení s průtokovým snímačem INSP/EXP umístěným přímo na dýchacích hadicích těsně při ústech pacienta.

Žádost o dodatečnou informaci 2/3

V Technické specifikaci dodávky, která je součástí zadávací dokumentace, je požadováno u anesteziologického přístroje v části nazvané „**Parametry ventilátoru**“ dodržení i tohoto parametru:

Elektronicky řízený ventilátor s pohonem na AIR – systém stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy:

Výrobce námi nabízeného přístroje upřednostňuje elektronický ventilátor, ale bez systému stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa. Domníváme se, že účelem tohoto požadavku zadavatele je, aby měl anesteziolog možnost vizuálně sledovat práci přístroje. Výrobce řeší tento požadavek pomocí monitoru umístěného v zorném poli anesteziologa, na kterém je možnost volby zobrazování dechové křivky konkrétního pacienta.

Dotaz: Připouští zadavatel dodání anesteziologického přístroje, který umožňuje sledování práce přístroje nikoliv na systému stoupajícího měchu ve válci ve výdechu, ale prostřednictvím sledování příslušných křivek na monitoru, umístěném v zorném poli anesteziologa?

Dodatečná informace č. 2/3

Zadavatel trvá na dodání anesteziologického přístroje, který umožňuje sledování práce přístroje na systému stoupajícího měchu ve válci ve výdechu.

Dodatečné informace byly zpracovány na základě podkladů zadavatele a věřím, že plně a nade vší pochybnost pokrývají dotazy uchazeče.

Zadavatel zároveň zrušuje ustanovení článku 15 zadávací dokumentace „Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 12. 2015 v 11:00 hodin“ a nahrazuje ustanovením

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 12. 2015 v 11:00 hodin“.

Jménem osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti, v Trutnově, 19. 11. 2015



Ing. Ludvík Blažek
administrátor zadávacího řízení na základě plné moci

