

## Servisní smlouva

uzavřená dle § 1749 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mezi:

<b>Objednatel</b>	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
	Obchodní společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 2333
IČO	260 00 202
se sídlem	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zastoupen	Ing. Lubošem Mottlem, členem správní rady
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	78-8896550297/0100

dále také jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.</b>
	Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C81948
IČO	26435357
DIČ	CZ26435357
se sídlem	Pod bání 2146/8, 180 00 Praha 8
zastoupen	Ing. Reném Makešem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu	5574824001/5500

dále také jako „zhotovitel“ či „poskytovatel“ a

Objednatel a zhotovitel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

### Preambule

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávka mycích dezinfektorů pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou III“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-055036 (dále jen „veřejná zakázka“).

## čl. I. Účel smlouvy

1. Objednatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „**zákon o ZP**“) a další související platné legislativy.
2. Účelem této smlouvy je zajištění povinností uživatele předmětu veřejné zakázky dle zákona o ZP a jeho prováděcích předpisů, souvisejících s provozováním a používáním zdravotnického prostředku, a to dodavatelským způsobem.
3. Pro účely této smlouvy je stanoven obsah následujících pojmů takto:
  - **zdravotnický prostředek** – nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určený výrobcem pro použití u člověka; provozování zdravotnického prostředku podléhá zejména zákonu o ZP a jeho prováděcím předpisům, přičemž pro účely této smlouvy se zdravotnickým prostředkem rozumí i dodávané zboží dle kupní smlouvy, zadané na základě zadávacího řízení veřejné zakázky, jehož specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**ZP**“);
  - **doba odstranění závady** – doba od započetí činnosti směřujících k odstranění závady do obnovení správné funkce ZP u Objednatele;
  - **instruktáž obsluhy** – úvodní nebo periodické instruktáže obsluhujícího personálu v souladu s § 41 zákona o ZP s cílem zabezpečení kvalifikovaného a bezchybného používání ZP v souladu s pokyny výrobce;
  - **oprava** – soubor úkonů, jimiž se poškozený ZP vrátí do původního nebo provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke změně technických parametrů nebo určeného účelu (§ 46 zákona o ZP)
  - **PBTK** – pravidelné bezpečnostně-technické kontroly a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku dle definice v § 45 zákona o ZP prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP
    - periodické ověřování parametrů a funkčnosti ZP, vykonání předepsaných funkčních kontrol ZP, kontrola funkce, kontrola přesnosti, vyčištění nepřístupných částí, kontrola chybových událostí a dalších činností v návaznosti na předpis výrobce nebo technickou dokumentaci (dále jen „**PKV**“),
    - periodické ověřování metrologického charakteru (metrologické ověření, kalibrace, atd.) v případě ZP s měřicí funkcí, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**PKM**“)
    - periodické zkoušky elektrické bezpečnosti dle ČES 33.03.95 v případě ZP, které jsou napájeny elektrickou energií (dále jen „**ZEB**“),
    - periodické tlakové zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně tlakovým zařízením (dále jen „**ZTL**“)
    - periodické plynové zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně plynovým zařízením (dále jen „**ZPL**“)

Výsledek PBTK musí být Objednateli sdělen Zhotovitelem písemně i elektronicky formou protokolu o provedení PBTK, obsahujícího naměřené hodnoty, další zjištěné skutečnosti a výsledek kontroly v podobě doporučení pro další použití ZP.

- **preventivní údržba** – preventivní činnosti zajišťující stabilitu funkce ZP a předcházení vzniku závad, jako např. seřizování, kalibrace technických parametrů, nastavování nebo update HW a SW
  - **reakční doba** – doba od nahlášení závady do započetí činnosti směřujících k její analýze a odstranění;
  - **servisní událost** – událost vedoucí k nutnosti vykonat servisní zásah, tj. vznik závady, nebo časově periodicky vzniklá potřeba vykonat preventivní údržbu, PBTk nebo školení obsluhy.
  - **servisní zásah** – je soubor činností Zhotovitele provedených při výkonu PBTk, preventivní údržby nebo při odstranění závady, včetně dodávek a montáže náhradních dílů, dopravy a dalších doprovodných činností vedoucích k obnovení funkčnosti ZP;
  - **závada** – porucha způsobující nefunkčnost ZP nebo odchylka parametrů ZP větší, než jakou stanovuje výrobce pro správnou funkci a provoz ZP, vyžadující následný servisní zásah Zhotovitele, zahrnující případně dodávku náhradních dílů, nastavení a kalibraci jeho parametrů a uvedení ZP do provozu.
4. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek pro plné servisní zabezpečení ZP v rozsahu specifikovaném v **článku II.** a vymezení vzájemných vztahů smluvních stran.

## čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je Zhotovitelem poskytovaný soubor služeb a dodávek u ZP, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**smluvní ZP**“), a to zejména v tomto rozsahu:
- a) provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol a revizí dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, (společně dále jen „ZP“), provádění elektrických revizních kontrol, validací či kalibrací dle pokynů výrobce a platné legislativy, dále seřizování, provádění kontrol a dalších činností dle pokynů výrobce a právních předpisů, které se k zajištění bezpečnosti a funkčnosti přístrojového vybavení vztahují, materiál pravidelně měněný při BTK včetně výměny dílů s omezenou životností,
  - b) pověření a proškolení obsluhujícího personálu objednatele k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců objednatele, pokud to výrobce ZP umožní, a to po celou dobu trvání pozáručního servisu,
  - c) práci servisního technika, čas strávený na cestě a cestovné,
  - d) garanci servisní odezvy dle servisní smlouvy a bezplatné vypůjčení náhradního zařízení po dobu poskytování pozáručního servisu zboží,
  - e) aktualizace a údržbu systémového SW u ZP po dobu, kdy je poskytován pozáruční servis dle smlouvy,
  - f) provádění oprav zboží při jeho poruchách a poškození bez ohledu na příčiny vzniku těchto poruch a poškození (dále jen „opravy“), přičemž za opravu se považuje i odstranění jakýchkoliv nefunkčností či jiných vad zboží, opravy budou probíhat na základě objednávky za ceny stanovené v aktuálně platných cenících dodavatele, tzn. nejsou součástí ceny za poskytování pozáručního servisu dle servisní smlouvy,
  - g) garanci dodávek veškerých nových, nepoužitých náhradních dílů, autorizovaných výrobcem zboží a jeho přístrojového vybavení, při opravách zboží a jeho přístrojového vybavení po dobu, kdy je poskytován pozáruční servis dle smlouvy, tyto budou nakupovány samostatně, na základě objednávky za ceny stanovené v aktuálně platných cenících dodavatele, tzn. nejsou součástí ceny za poskytování pozáručního servisu dle servisní smlouvy,  
(dále jen „komplexní servisní zabezpečení“).
2. Předmět smlouvy je dán:

- a) touto smlouvou,
  - b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávky: Dodávka mycích dezinfektorů pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou III, **uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-055036** (dále jen „**ZD**“) a
  - c) písemnou nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky.
3. Doplnění nebo vyjmutí smluvních ZP je možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
  4. Zhotovitel se zavazuje provádět výše uvedené činnosti v rozsahu potřebném pro zajištění plné provozní bezpečnosti a maximální funkčnosti ZP - rozsah a způsob realizace servisních služeb je dán touto smlouvou a platnou legislativou a doporučením výrobce ZP.
  5. Zhotovitel prohlašuje a v rámci plnění předmětu smlouvy doloží kopiemi příslušných dokumentů, že z hlediska platné legislativy splňuje požadavky na kvalifikaci servisních pracovníků, požadavky na věcné vybavení i další požadavky a podmínky dané zákonem o ZP nutné pro výkon servisních činností vyplývajících ze zákona o ZP, tj. že mimo jiné:
    - má i příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje a
    - má i dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům, vyplývajícím z této smlouvy.
  6. Pokud Zhotovitel nebude moci plnit některý ze závazků sám, je povinen zajistit jeho plnění na své náklady třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za činnosti, provedené třetí stranou a jím sjednané, a současně se zavazuje za třetí stranu povinně Objednateli doložit splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP.
  7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které by mohl Objednatel utrpět jako následek skutečnosti, že Zhotovitel (případně třetí strana) není schopen prokázat splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP nebo že dokumenty, prokazující splnění zákonných povinností, se ukáží býti nepravdivými.
  8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za prováděné dílo za podmínek ujednaných v této smlouvě.

### **čl. III. Místo plnění**

1. Zhotovitel bude komplexní autorizované servisní zabezpečení u smluvních ZP provádět v prostorách uživatele předmětu veřejné zakázky: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, pavilon UP, místnost č. 3051, respektive v místě provozování přísálové sterilizace.
2. V případě provádění činností v prostorách dle odst. 1 tohoto článku se Zhotovitel zavazuje po ukončení činností předat prostory ve stavu, v jakém je převzal.

### **čl. IV. Doba plnění, lhůty plnění**

1. Komplexní servisní zabezpečení bude Zhotovitelem poskytováno na základě této smlouvy po celkovou dobu **6 roků**, která začne běžet dnem uplynutí záručního servisu sjednaného na základě souběžně uzavírané kupní smlouvy mezi smluvními stranami na dotýčných smluvních ZP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Servisní zabezpečení na smluvních ZP bude realizováno a organizováno Zhotovitelem takto:
  - PBTk, validace, elektronická revizní kontrola a periodická údržba, seřizování, provádění kontrol a dalších činností dle pokynů výrobce a právních předpisů budou vykonávány organizačně a

časově průběžně z iniciativy Zhotovitele, v termínech dle stanovení výrobcem a provozních potřeb jednotlivých ZP,

– odstranění závad bude prováděno operativně na výzvu Objednatele.

3. Servisní zásahy typu **PBTK, validace** a preventivní údržby bude Zhotovitel provádět u ZP v periodách určených výrobcem, a to v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu expirace validity předcházející PBTK daného typu či dalších servisních typů dle tohoto odstavce.

Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele dle této smlouvy se dohodnou nejpozději do dvou týdnů po podpisu této smlouvy harmonogram provádění PBTK, validací a preventivní údržby. Pokud k dohodnutí harmonogramu nedojde vinou nedostatečné součinnosti na straně Objednatele, vytvoří Zhotovitel tento harmonogram sám a dá jej bez prodlení na vědomí Objednateli.

Při nedodržení periodického termínu PBTK, validace a preventivní údržby dle právních předpisů či pokynů výrobce ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn vyřadit/odstavit smluvní ZP z provozu a vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 1 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

4. Servisní zásahy za účelem odstranění **závad** a obnovení funkčnosti ZP se Zhotovitel zavazuje provádět u smluvního ZP v následujících časových relacích:

- **reakční doba Zhotovitele: do 2 pracovních dnů od nahlášení závady;**
- **nástup servisního technika na opravu bude maximálně do 2 pracovních dnů od nahlášení závady Zhotoviteli, a to do místa umístění smluvního ZP, není-li stanoveno jinak. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 17:00 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 17.00 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 7.30 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech;**
- **lhůta k odstranění závady za předpokladu, že není k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP zapotřebí použití náhradních dílů či náhradní díly jsou na skladě jedné ze smluvních stran, činí 2 pracovních dnů od nástupu servisního technika na opravu;**
- **lhůta k odstranění závady za předpokladu, že je zapotřebí použití náhradních dílů k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP, přičemž tyto náhradní díly je bezpodmínečně nutné dodat ze zahraničí, činí 5 pracovních dnů od okamžiku, od nástupu servisního technika na opravu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.**

Při nedodržení výše uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 2 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

5. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

## čl. V.

### Cena díla a způsob placení a vyhrazená změna ceny díla

1. **Cena za dílo – poskytování komplexního servisního zabezpečení** bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena za jednotlivé dílčí úkony vykonávané v rámci komplexního servisního zabezpečení, na základě jednotkových cen úkonů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny úkonů dle přílohy č. 1 jsou konečné, maximální a nepřekročitelné po celou dobu platnosti této smlouvy, není-li stanoveno v této smlouvě jinak a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytováním komplexního servisního zabezpečení dle této smlouvy Objednateli včetně ceny potřebných náhradních dílů/servisních kitů nutných k provedení BTK dle pokynů výrobce, pokud nejsou z provádění servisu dle této smlouvy výslovně vyjmuty.

Zhotovitel bere na vědomí, že celkové hodnoty jednotlivých položek dle přílohy č. 1 byly stanoveny objednatelům jako modelová varianta pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky a činnosti dle servisní smlouvy budou čerpány v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a dle potřeb objednatele a dle doporučení výrobců zboží dle kupní smlouvy.

2. Cena za komplexní servisní zabezpečení pro smluvní ZP nezahrnuje servisní události způsobené nevěcnou manipulací, úmyslem či nedbalostí, zásahy třetích osob, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi, jako např. nedodržení předepsaných podmínek prostředí uvedených v návodu k obsluze ZP, vypovězení klimatizace, výpadek elektrického proudu.
3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohové platby.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit vůči Objednateli daňový doklad po předání a převzetí jednotlivého servisního zásahu dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel zašle daňový doklad Objednateli elektronicky na e-mail: [REDACTED]
5. K daňovému dokladu Zhotovitele bude, v případě provedení servisního zabezpečení v daném – fakturovaném měsíci, jako příloha přiložen pracovní výkaz a dodací list (ze strany pracovníků Objednatelů potvrzený), dokladující konkrétní servisní zásah Zhotovitele v daném měsíci.
6. Daňový doklad vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitostí obchodní listiny podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku, musí obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného předávacího protokolu), číslo daňového dokladu, datum splatnosti a případné další zákonné náležitosti. Faktura musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance objednatele ji vystavit.
7. Objednateli vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu díla pouze na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy. Pokud by daňový doklad nebyl zaslán Zhotovitelem se všemi přílohami dokladujícími časově a věcně výkon servisního zabezpečení v celém aktuálním rozsahu daného měsíce, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli daňový doklad vrátit v celém jeho rozsahu jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit doklad nový. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo.
8. Objednatel zaplatí smluvní cenu za dílo bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. Splátnost daňových dokladů se sjednává dohodou na dobu **30-ti dnů** od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.
9. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.
10. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
12. Dodávky a služby, zajištěné Zhotovitelem prostřednictvím třetí strany, jsou zahrnuty ve smluvní ceně a nemohou být Zhotovitelem Objednateli přeúčtovány.

13. Za zaplacení ceny díla se považuje podání neodvolaného příkazu Objednatele k bankovnímu převodu příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele.
14. Poskytování komplexního servisního zabezpečení dle této smlouvy v délce trvání 6 let od ukončení záručního servisu zboží bude Objednatelem hrazeno z jeho vlastních nákladů, nikoli z finančních prostředků poskytnutých v rámci dotace, z níž je hrazeno servisované zboží.
15. V situaci, kdy cena náhradních dílů přesáhne částku 10.000,- Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o ceně náhradních dílů a tuto si nechat jednatelkou Objednatele schválit (v konkrétnostech viz ustanovení Kupní smlouvy).
16. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel může zvýšit sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku každoročně o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem (dále též jen „míra inflace“), avšak pouze pokud míra inflace bude vyšší nebo rovna 2 %, a to vždy k 1. 4. příslušného roku, počínaje však nejdříve 1. 4. 2029, a to na základě předchozího písemného souhlasu objednatelky. Prodávající je však oprávněn v případě souhlasu objednatelky dle věty předchozí navýšit sjednané ceny nejvýše o 4 %, a to i v případě, že míra inflace bude vyšší. Možnost zvýšení sjednaných cen podle tohoto odstavce smlouvy o míru inflace je Zhotovitel povinen Objednatelce oznámit nejpozději do 15. 3. příslušného roku (tj. nejdříve však 15. 3. 2029), jinak toto právo Zhotovitele na navýšení sjednaných cen v příslušném roce zaniká. Navýšení ceny bude provedeno pouze v případě písemného souhlasu objednatelky s navýšením cen dle tohoto odstavce. Své stanovisko k žádosti o navýšení sjednaných cen zhotovitele sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti o zvýšení sjednaných cen. Smluvní strany se dohodly, že k navýšení cen podle tohoto odstavce není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě a postačí písemné oznámení Zhotovitele doručené Objednatelce a písemný souhlas objednatelky se zvýšením.

## **čl. VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Předáním díla se pro potřeby této smlouvy rozumí:
  - prokazatelné předání ZP Objednatelce do užívání po provedení zásahu v rámci komplexního servisního zabezpečení, a to včetně předání všech dokumentů specifikovaných v článku VIII. odst. 6 této smlouvy.
  - v případě PBTK či validací předání protokolů o výsledcích PBTK či validací kontaktní osobě Objednatelky


## **čl. VII.**

### **Práva a povinnosti objednatelky**

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro plnění předmětu této smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel své závazky z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelkou, není v prodlení s plněním svých závazků a neodpovídá za případnou škodu vzniklou Objednatelce.
2. Objednatel je povinen na základě dohodnutého harmonogramu PBTK či validací dle článku IV. odst. 3 této smlouvy předat předmět smlouvy Zhotoviteli v dohodnutých termínech za účelem provedení PBTK či validací.
3. Prostory Objednatelky určené k provádění PBTK či validací a oprav Zhotovitelem jsou přístupné na vyžádání pouze pracovníkům Zhotovitele. Jiné osoby mají přístup jen v přítomnosti pracovníků Zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje respektovat výsledky PBTK či validací a provést navržená opatření, uvedená Zhotovitelem v protokolu o provedení PBTK či validací.

5. Hlášení závad je Objednatel povinen provádět telefonicky a zároveň písemně emailem na kontaktní údaje Zhotovitele (čl. VIII odst. 2 této smlouvy); Zhotovitel je následně povinen Objednateli vhodným způsobem potvrdit doručení hlášení závady.
6. Objednatel je povinen v zájmu zachování technických vlastností ZP dodržovat instrukce výrobce o používání ZP, používat vhodný spotřební materiál a provádět užitelskou údržbu jen prostřednictvím pracovníků proškolených oprávněnou organizací.
7. Objednatel zodpovídá za způsob a rozsah vedení evidence zdravotnických prostředků dle zákona o ZP.
8. Kontaktní údaje Objednatele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:

adresa: Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



9. Kontaktní údaje Nemocnice Rychnov nad Kněžnou:  
adresa: Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



#### čl. VIII.

#### Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen sledovat termíny pro provádění PBTK, validací a plánovaných servisních zásahů u smluvního ZP v časových intervalech dle této smlouvy a vykonávat všechny činnosti v rámci komplexního servisního zabezpečení bez výzvy Objednatele, avšak s poskytnutím jeho součinnosti.
  2. Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:  
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.  
adresa: Pod bání 2146/8, 180 00 Praha 8
3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování stanovených časových intervalů PBTK či validací u jednotlivých smluvních ZP dle dojednaného harmonogramu.
  4. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci před zahájením činností, souvisejících s komplexním servisním zabezpečením, v dostatečně přiměřeném předstihu uvědomili Objednatelem určené kontaktní osoby.
  5. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění PBTK či validací a oprav ZP osobou odborně způsobilou dle zákona o ZP i dalších předpisů, a to v rozsahu, naplňujícím smysl **článku II.** této smlouvy.
  6. Zhotovitel je povinen vyhotovit o provedení a výsledcích každého servisního zásahu pracovní výkaz (písemný protokol), který potvrdí obsluha zařízení. Kopie protokolu bude předána obsluze zařízení, originál bude předán na kontaktní místo Objednatele. Kopii protokolu Zhotovitel též zašle Objednateli spolu s daňovým dokladem dle **čl. V. odst. 5.**

Pracovní výkazy musí obsahovat standardní údaje o povaze, průběhu a rozsahu prováděných činností a dále též musí obsahovat závěrečné konstatování provozního stavu zařízení, v němž se nacházelo při předání pracovníkům Objednatele, a to buď

**„Zařízení (ZP) je / není funkční a bezpečné pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.“**

V případě nefunkčnosti musí obsahovat popis závad a doporučení dalšího postupu k dosažení funkčního stavu ZP. Doba nápravy nefunkčního stavu ze strany Zhotovitele je dána smluvní dobou odstranění závady **dle čl. IV. odst. 4** této smlouvy.

Je-li u zařízení Objednatelem veden provozní deník, provede pracovník Zhotovitele do deníku též krátký zápis o provedeném servisním zásahu a jeho výsledku (např. „Provedena PBTK, zařízení provozuschopné – datum, podpis).

7. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Objednatele. Pokud Zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
8. V rámci plnění předmětu smlouvy Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy ve smyslu ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty ceně za dílo. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.
9. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek skutečnosti, že Zhotovitel nedostojí svým závazkům z této smlouvy vyplývajícím.
10. Zhotovitel neodpovídá za vedení evidence ZP, předepsané poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona o ZP.
11. Odborné posudky rozsáhlejšího charakteru jsou Zhotovitelem prováděny na objednávku ze strany Objednatele.
12. Po celou dobu plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen mít uzavřené řádné pojištění pro případ odpovědnosti za škody vzniklé z jeho činnosti u Objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje při každém novém softwarovém upgradu zařízení v rámci jeho funkcionality provádět pravidelné upgrady po celou dobu účinnosti této smlouvy.
14. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně 10 let od řádného splnění smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
15. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

**Zákaz porušení mezinárodních sankcí**

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby:
  - plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;
  - on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o

zadávaní veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a

- on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).
17. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první čl. 6.16 této smlouvy.
  18. Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni.
  19. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou prodávající používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do deseti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

#### **čl. IX.**

##### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta pro provedení PBTk, validací, dle článku IV. odst. 3 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody možnost požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta dle článku IV. odst. 4 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody možnost požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta dle článku IV. odst. 5 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý pracovní den nad rámec stanovených 14 pracovních dnů.
4. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny či její části, má Zhotovitel možnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení o mlčenlivosti dle čl. XII této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
6. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škod, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Od výše náhrady škody bude odečtena již zaplacená smluvní pokuta či úrok z prodlení.

#### **čl. X.**

##### **Platnost a účinnost smlouvy**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé, ani nárok na náhradu vzniklé škody a smluvní pokuty.

## **čl. XI** **Ukončení smlouvy**

1. Od této smlouvy lze jednostranně **odstoupit** pouze v případě podstatného porušení této smlouvy. Za podstatné porušení je považováno:
  - a) ze strany Zhotovitele neplnění předmětu smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a nezjednání nápravy, přestože bude Zhotovitel na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od doručení upozornění;
  - b) ze strany Objednatele prodlení s úhradou faktury delší než 60 dnů po splatnosti a nezjednání nápravy, přestože bude Objednatel Zhotovitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od doručení upozornění;Odstoupení má právní účinky dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, ve kterém bude uveden důvod odstoupení.
2. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy z důvodů uvedených výše v odst. 1 a dalších ustanovení této smlouvy, je odstupující smluvní strana oprávněna požadovat náhradu škody.
3. Tato smlouva může být před uplynutím sjednané doby plnění ukončena výpovědí i bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpovědní doba činí 3 (slovy: tři) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva může být také ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

## **čl. XII** **Mlčenlivost**

1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může Zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se Objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů
  - mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích Objednatele,
  - které Zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.
2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností sdělí Objednatel na žádost Zhotovitele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li Zhotovitel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Zhotovitel zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k objednateli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.

5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, přičemž objednatel je správcem osobních údajů osobních údajů a citlivých osobních údajů pacientů. Zhotovitel není pro účely této smlouvy v pozici zpracovatele osobních údajů.
6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

### **čl. XIII.**

#### **Zvláštní ustanovení**

1. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel se nemůže dovolávat svých obecných dodacích, servisních či jiných obchodních podmínek nebo obdobných podmínek subdodavatelů.
2. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejlépe původnímu záměru ve věcném i ekonomickém smyslu.
3. Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy země Objednatele, jejichž rozhodnutí bude konečné.
4. Závazky i pohledávky vyplývající z této smlouvy může Zhotovitel převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
5. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o informacích, které o sobě navzájem získaly v průběhu plnění předmětu této smlouvy, které nejsou obchodního charakteru a pokládají se za důvěrné.

### **čl. XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel s ohledem na povinnosti objednatel vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
2. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného
4. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná

jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla objednatele v době zahájení soudního řízení.

5. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
6. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy:

Příloha č. 1      Rozpis ceny díla a specifikace ZP

Příloha č. 2      Osvědčení prokazující způsobilost provádět autorizované komplexní servisní zabezpečení dle platné legislativy

Příloha č. 3      Seznam poddodavatelů a jimi prováděných činností při plnění předmětu smlouvy o dílo

Za kupujícího v Hradci Králové

Za zhotovitele v Praze

.....  
Ing. Luboš Mottl  
člen správní rady

.....  
Ing. René Makeš  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 servisní smlouvy

**Rozpis ceny díla a specifikace ZP**

## Příloha č. 5 ZD - Nabídková cena B - cena za servisní práce v pozáruční době po dobu 6 let

Název VZ:

Název firmy:

UNIPRO-APPHA C.S., spol. s r.o.

Datum: 14.11.2025

Roční náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu (BTK) za předem splnění

Zahrnuje veškeré náklady při provádění BTK (opravy, cestovné, materiál, pomocné práce, atd.)

Pal. č.	Ozn.	Název položky	Cena bez DPH za 1 BTK IKČ/BTKI	Četnost BTK	PRO HODNOCENÍ		Cena za dopravu do místa požadovaného servisu a zpět
					Cena bez DPH // negarantovaný počet let IKČ/6 let	Cena bez DPH za paušál dopravy IKČ/cesta do nemocnice a zpět do servisního střediska	
1	(PG-8582 CD)	Myčka obuvi	8 725,00	1x za 1 rok	52 350,00	118 750,00	24 400,00
2	(PG-8582 CD)	Myčka instrumentářii	8 725,00	1x za 1 rok	52 350,00	118 750,00	24 400,00
<b>Celkové součty</b>					104 700,00	237 500,00	48 800,00
					<b>PRO HODNOCENÍ</b>		<b>PRO HODNOCENÍ</b>

i Sikovu nSÉJdřicová cena B (součet pro účely hodnocení) BTK + servisní práce v pozáruční době: 391 000,00 Kč bez DPH

Pozn: Výše uvedený modelový případ je stanoven zadavatelem pro potřeby hodnocení nabídky, přičemž modelová varianta představuje odhad zadavatele na rozsah zajišťovaných servisních služeb dle servisní smlouvy. Zadavatel nezařazuje, že skutečné plnění dílčí částí předmětu veřejné zakázky, jež je předmětem servisní smlouvy bude přesně odpovídat modelové variantě. Zadavatel bude služby čerpat dle potřeby, přičemž četnost BTK bude v souladu s doporučením výrobce dodávaného ZP



### Technická specifikace

číslo	specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
<b>Obecné požadavky</b>			
Mycí a dezinfekční automat bude sloužit jako vybavení operačních sálů pro mytí a dezinfekci operační obuvi (galoši) - 1 ks			
<b>Mycí a dezinfekční automat pro operační obuv</b>			
1	jednodvéřový mycí a dezinfekční automat	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
2	přístroj musí být možno napojit na třífázový přívod elektrické energie 400V/50Hz s jističem 16A	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
3	dopředu výklopné celonerezové dveře, nerezové víko	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
4	vysokojakostní nerezový mycí prostor <b>min. nerez AISI 304</b> a konstrukce přístrojů umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci podle vyhl. MZ č. 306/2012 Sb.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
5	mycí prosto vybaven vždy dvěma nerezovými mycími rameny	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
6	konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
7	vnější rozměr přístroje vzhledem ke stavební připravenosti je max. (v/š/h): 900 x 900 x 700 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
8	automat bude umístěn pod pracovním stolem (deskou)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
9	mycí prostor o kapacitě min. 14 párů operační obuvi do velikosti 45 v jedné šarži	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
10	napojení na teplou/studenou vodu, DEMI vodu + odpad	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
11	vestavěný změkčovač vody	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
12	vestavěné vysoce výkonné oběžné čerpadlo <b>min. 500 l/min.</b>	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
13	vestavěné vysoce výkonné horkovzdušné sušící agregáty <b>min. 60 m3/hodinu</b>	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
14	vestavěný kondenzátor par	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
15	automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
16	dávkovači čerpadla pro tekutou případně práškovou chemii	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
17	vestavěný prostor pro potřebnou chemii	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
18	přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO



19	přednastavené mycí a dezinfekční programy volitelné pro použití neutrální, enzymatické nebo alkalické chemie	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
20	systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
21	elektronická, programovatelná řídicí jednotka (s možností vytvoření uživatelského programu)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
22	hlídání množství chemie/ indikátor prázdných zásobníků	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
23	displej pro zobrazení aktuálního cyklu a případných poruchových stavů	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
24	možnost instalace dalšího externího dávkovacího čerpadla pro tekutou chemii	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
25	výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (výstup RS 232 nebo ethernet)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<b>Součást dodávky - další požadavky a příslušenství</b>			
26	v rámci dodávky musí být prvotní náplň spotřebního materiálu (chemikálie vhodné pro mytí operační obuvi)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
27	mycího koše pro každou myčku s kapacitou min. 14 párů operační obuvi až do velikosti 45	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<b>Ostatní</b>			
28	v rámci dodávky musí být dodány bezpečnostní listy, prohlášení o shodě k použitým chemikáliím	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
29	délka záruky minimálně 24 měsíců	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
30	zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony po dobu záruky zdarma	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

číslo	specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
<b>Obecné požadavky</b>			
Mycí a dezinfekční automat včetně příslušenství - 1 ks			
<b>Mycí a dezinfekční automat</b>			
1	jednodvéřový mycí a dezinfekční automat	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
2	přístroj musí být možno napojit na třífázový přívod elektrické energie 400V/50Hz s jističem 16A	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
3	dopředu výklopné celonerezové dveře, nerezové víko	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO




4	vysokojakostní nerezový mycí prostor <b>min. nerez AISI 304</b> a konstrukce přístrojů umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci podle vyhl. MZ č. 306/2012 Sb.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
5	mycí prostor vybaven vždy dvěma nerezovými mycími rameny	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
6	konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
7	vnější rozměr přístroje vzhledem ke stavební připravenosti je max. (v/š/h): 900 x 900 x 700 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
8	automat bude umístěn pod pracovním stolem (deskou)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
9	mycí prostor o kapacitě až 8 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 párů OP obuvi	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
10	nápojení na teplou/studenou vodu, DEMI vodu + odpad	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
11	vestavěný změkčovač vody	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
12	vestavěné vysoce výkonné oběžné čerpadlo <b>min. 500 l/min.</b>	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
13	vestavěné vysoce výkonné horkovzdušné sušicí agregáty <b>min. 60 m<sup>3</sup>/hodinu</b>	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
14	vestavěný kondenzátor par	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
15	automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
16	dávkovači čerpadla pro tekutou případně práškovou chemii	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
17	vestavěný prostor pro potřebnou chemii	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
18	přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
19	přednastavené mycí a dezinfekční programy volitelné pro použití neutrální, enzymatické nebo alkalické chemie	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
20	systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
21	elektronická, programovatelná řídicí jednotka (s možností vytvoření uživatelského programu)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
22	hlídání množství chemie/ indikátor prázdných zásobníků	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
23	displej pro zobrazení aktuálního cyklu a případných poruchových stavů	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
24	možnost instalace dalšího externího dávkovacího čerpadla pro tekutou chemii	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO



25	výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (výstup RS 232 nebo ethernet)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<b>Součást dodávky - další požadavky a příslušenství</b>			
26	v rámci dodávky musí být prvotní náplň spotřebního materiálu (chemikálie vhodné pro mytí)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
27	Příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55 cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
28	Injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
29	Koš - nástavec % na rozkládací MIC nástroje	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
30	Koš - nástavec / buben pro optické kabely a odsávací hadice	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
31	Vložka - nástavec / síto s víkem pro velmi drobné díly	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<b>Ostatní</b>			
32	v rámci dodávky musí být dodány bezpečnostní listy, prohlášení o shodě k použitým chemikáliím	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
33	délka záruky minimálně 24 měsíců	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
34	zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony po dobu záruky zdarma	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

v Praze dne 16.11.2025



UNIPRO  
ALPHA

UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.  
Pod bání 2146/8, 180 00 Praha 8  
IČO: 26435357, DIČ: CZ26435357



**Bflíele**

Můj prospekt



## PG 8582 CD [WW AD CM]

### Čisticí a dezinfekční přístroj

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



- Výkon/šarže, např. 8 síťové misky DIN nebo 1-2 MIC soupravy
- Bezpečnost - kontrola mycího tlaku, ostřikov. ramen a vodivosti
- o 68 % nižší spotřeba vody ve srovnání s předchozím modelem'
- Účinné horkovzdušné sušení - DryPlus
- Absolutní bezpečnost - možné napojení na dokumentaci procesů

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stoj, příst., podstav., šíř. 90 cm, bez víka
Vnější opláštění	nerez
Možnost zabudování pod pracovní desku	•
AutoClose - automatické zablokování dvířek	•
Akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro lékařské praxe	•
Vhodné pro ambulantní OP praxe	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Kapacita	
Síta DIN na šarži [počet]	a
Gynekologická zrcátka na šarži [počet]	48
MIC sady na šarži [počet]	1-2
AN sady na šarži [počet]	2-3
Duté instrumentárium na šarži [počet]	44
Údaje o výkonu	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min.	500
Nejkratší doba programu (čištění a dezinfekce) v min.	22
Maximální teplota oplachu ve °C	93
Užitný objem mycího prostoru v l	145.00
Testované provozní hodiny	15.000
Řízení	
Typ ovládání	TouchControl
Volba programu	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Max. předvolba startu v hod.	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	19
Volná programová místa [počet]	2
Řízení hodnoty AO	•
Zabezpečení proti výpadku programu	*
Indikace zbývajících času	"
Indikace průběhu programu	1
Nastavitelné jazyky na displeji	•
Standardní elektrická přípojka	
Elektrické připojení	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,5
Celkový příkon v kW	9,3
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,80

PG 8582 CD [WW AD CM]

Čisticí a dezinfekční přístroj

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



Možná varianta napětí	
Elektrické připojení	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	2,5
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16
Připojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Studená voda do kondenzátoru par [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
DEMI voda [počet]	1
Potřebný průtočný tlak v kPa	200-1.000
Maximální výtlačná výška odpadního čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,700
Odtokové čerpadlo [DN]	22
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproofsystem (WPS)
Sušicí agregát	
Integrovaný sušicí agregát	•
Ventilátor v kW	0,3
Ohřivač v kW	2,2
Celkový příkon v kW	2,5
Vzduchový výkon v m <sup>3</sup> /h	60
Třída HEPA filtru	H14
Účinnost odlučování HEPA filtru (podle DIN EN 1822) v %	99,995
Životnost HEPA filtru v h	500
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	820
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1.078
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1.096
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	896
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, hloubka dolního koše v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Hmotnost netto v kg	98
Hmotnost brutto v kg	146
Emisní hodnoty	
Emise hladiny akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 pPa
Teplu vysálané do prostoru v MJ/h	1,45

PG 8582 CD [WW AD CM]

Čistící a dezinfekční přístroj

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



Programy	
Vario TD Instr 4síta	•
Vario TD Instr 6sít	•
Vario TD Instr 8sít	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD HNO Optik	•
Speciál 93 °C-10'	•
Oftalmologie	•
Ophtha-Tray A207	•
Kojenecké lahve	•
OP obuv	•
Staniční pomůcky	•
Univerzální	•
Vybavení	
1 dávkovač leštidla/dvířka	•
1 dávkovači čerpadlo na tekutý čisticí prostředek	•
1 dávkovači čerpadlo na neutralizační prostředek	•
Přídavná integrovatelná dávkovači čerpadla (volitelně)	•
Kontrola dávkovaného množství	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola ostříkovacích ramen	•
Kontrola vodivosti	•
Rozhraní pro dokumentaci procesů (volitelně)	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s proměnlivými otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
DryPlus	•
Zásobník soli ve dvířkách	•
Optické rozhraní zákaznického servisu	•
Možnost nastavení pro procesní chemikálie (3x51/ 2x10!)	•
Mycí prostor svařený bez mezer díky laserové technologii	•
Topné těleso vně mycího prostoru	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
Možnosti připojení	
Sériové rozhraní RS 232 (volitelné příslušenství)	•
WLAN via DataDiary (volitelně)	•
Ethernetové rozhraní (volitelně)	•

PG 8582 CD [WW AD CM]

Čisticí a dezinfekční přístroj

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



#### Normy, kontrolní a identifikační označení

VDE značka (elektrická bezpečnost)

•

IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

Směrnice RoHS 2011/65/EU

•

# Hflíele

DE-CS7-78

Kryt přístroje

pro horní zakrytí přístroje vč. postranní skříně, hloubka 70 cm, šířka 90 cm.




<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
<b>Produktové kategorie</b>	
Víko	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	700
Vnější rozměr, výška brutto v mm	50
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	820
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1.010
Hmotnost netto v kg	6,800
Hmotnost brutto v kg	8,600

A 151

Spodní koš

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců.



- Osazovací výška závisí na zvoleném horním koši
- Osazovací šířka: 490 mm, osazovací hloubka: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Číslo výrobku: 6961 5100D / Číslo materiálu: 09862410

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktové kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Černá Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava kojeneckých lahví	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
Příprava plicní automatiky	•
Příprava ochranných dýchacích masek	•
Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	2
Sítové misky SPRI [počet]	1

# Hflíele

A 151

Spodní koš

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců.



<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	88
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	522
Vnější rozměr, výška brutto v mm	120
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	555
Hmotnost netto v kg	1,852
Hmotnost brutto v kg	2,403

XKM 3000 L Med

Komunikační modul

s ethernetovým rozhraním pro síťové propojení.



- Kruh, paměť pro max. 30 procesních a 2 grafické protokoly
- Přídavné komponenty pro přímé/síťové připojení nejsou nutné
- Podpora DHCP pro automatické nastavení parametrů sítě
- Přenosová rychlost: 10/100 Mbit/s
- Délka připojovacího kabelu: 1,5 m; možné prodloužení kabelu

EAN: 4002515513392 / Číslo výrobku: 68822101D / Číslo materiálu: 09902230

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Procesní/provozní dokumentace/komunikace	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá

# Hfiele

XKM 3000 L Med

Komunikační modul

s ethernetovým rozhraním pro síťové propojení.



## Oblasti použití

Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava podložních sklíček	•
Příprava butyrometrů	•
Příprava lékárenských/infuzních lahví	•
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava robotického instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava kojeneckých lahví	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Příprava ortopedického operačního instrumentária	•
Příprava medulárních hřebů/vrtáků	•
Příprava táců/podnosů	•
Příprava síťových misek	•
Příprava odměrných válců	•
Příprava zásobníků, např. absorbérů CO2	•
Příprava různých pomůcek	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	39
Vnější rozměr, šířka netto v mm	88
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	110
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	190
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	295
Hmotnost netto v kg	0,447
Hmotnost brutto v kg	0,61
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•

E 473/2

Sítko

s víkem, vhodné pro různé nejmenší díly.

CÍŠ'

- K zavěšení
- Se snadným zavíráním víka

EAN; 4002515811962 / Číslo výrobku: 69547303D / Číslo materiálu: 10623720

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení postroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktové kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	88
Vnější rozměr, šířka netto v mm	66
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	66
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	110
Hmotnost netto v kg	0,103
Hmotnost brutto v kg	0,149

A 203

Vozík

pro optimální uložení MIC instrumentária.



- Vhodné pro uložení mj. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444


EAN: 4002515460726 / Číslo výrobku: 69620300D / Číslo materiálu: 09862450

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Vozík na MIC instrumentarium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	520
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	542
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	9,4
Hmotnost brutto v kg	11

A 203

Vozík

pro optimální uložení MIC instrumentária.



Součásti balení	
E 336 mycí pouzdro MIBO, 0 11 mm, délka 121 mm [počet]	3
E 362 zaslepovací šroub [počet]	2
E 442 mycí pouzdro, 0 11 mm, délka 121 mm, s víčkem 0 6 mm [počet]	15
E 443 mycí pouzdro, 0 11 mm, délka 121 mm, s víčkem 0 10 mm [počet]	5
E 445 - 12 víček na mycí pouzdro E 442, otvor s 0 6 mm [počet]	1
E 446 - 12 víček na mycí pouzdro E 443, otvor s 0 10 mm [počet]	1
E 447 adaptér samičí, pro Luer-Lock samčí [počet]	3
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	6
E 449 adaptér samčí, pro Luer-Lock samičí [počet]	5
E 451 nástavec 1/6 síťová miska [počet]	1
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	3
E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet]	8
E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10-15 mm [počet]	6
E 456 otevírací pružina pro MIC instrumentarium [počet]	4
E 464 úložný díl pro injektorovou trysku E 454 [počet]	3

A 307

Nástavec

pro optimální uložení 20 operační obuvi do velikosti 48.



- Vhodné pro 20 operační obuv
- S držáky dlouhými vždy 265 mm
- Pro použití v lafetě spodního koše

A151

- Možná příprava operační obuvi do velikosti 48

EAN: 4002515460856 / Číslo výrobku: 69630700D / Číslo materiálu: 09862590

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktové kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	20
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	279
Vnější rozměr, šířka netto v mm	390
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	360
Vnější rozměr, výška brutto v mm	300
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	395
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	480
Hmotnost netto v kg	1,466
Hmotnost brutto v kg	1,99

E 444

Nástavec

pro optimální uložení optických kabelů a odsávacích hadic.



- Kabely/hadice se vinou spirálovitě kolem bubnu
- H 202 mm mm, se sklopným úchytem 214 mm; O 145 mm mm

EAN: 400251 2083966 / Číslo výrobku: 69544401D / Číslo materiálu: 04637700

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
<b>Produktové kategorie</b>	
Nástavec/modul pro MIC instrumentárium	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava MIC instrumentária	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	202
Vnější rozměr, šířka netto v mm	138
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	112
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	260
Průměr v mm	145
Hmotnost netto v kg	0,287
Hmotnost brutto v kg	0,44

E 457

Nástavec

pro optimální uložení rozloženého MIC instrumentária.



- Vhodné např. pro 12 rukojetí a pracovních vložek
- Dno z drátěného pletiva s velikostí ok 3 mm, uzavřené bočnice
- Navařený držák pro 8-12 rukojetí, dělení variabilní
- Vybaveno 3 přepážkami pro uložení a aretování

EAN: 4002512067331 / Číslo výrobku: 69545702D / Číslo materiálu: 04618030

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktové kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	«
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	192
Vnější rozměr, šířka netto v mm	490
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	62
Vnější rozměr, výška brutto v mm	120
Vnější rozměr, sířka brutto v mm	320
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	1,753
Hmotnost brutto v kg	2,023

A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



- Osaz. výška 160 +/-30 mm, os. šířka 475 mm, os. hloubka 443 mm
- S vestavěným ostřkovacím ramenem

EAN: 4002516828143 / Číslo výrobku: 69610101D / Číslo materiálu: 12645590

<b>Produktově zařazení</b>	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Mycí a dezinfekční automaty, jednotky hasiči a záchranné služby	•
<b>Zařazení postroje</b>	
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	■
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Horní koš	•
Lafeta/nosič koše	*
Horní koš	•
<b>Produktově vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	A
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava různých pomůcek	•
Příprava olicí automatiky	•

# Bfíele

A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



## Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm	206
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	527
Vnější rozměr, výška brutto v mm	220
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	3,032
Hmotnost brutto v kg	3,682

A310

Nástavec



- Pro uložení 8 kusů operační obuvi do velikosti 41
- Lze použít v horních koších A 101 a A 102


EAN: 4002516854661 / Číslo výrobku: 69631001D / Číslo materiálu: 12684420

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na operační obuv	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava operační obuvi	•
<b>Kapacita</b>	
Operační obuv [počet]	8
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	425
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	450
Hmotnost netto v kg	0,498
Hmotnost brutto v kg	0,835

# Miele

## Česká republika


Miele, spol. s r.o.  
Holandská 4  
639 00 Bmo



Internet: [www.miele.cz/pno](http://www.miele.cz/pno)

## Slovenská republika

Miele s.r.o.  
Mlýnské nivy 16  
821 09 Bratislava



Internet: [www.miele.com/pro/slovakia](http://www.miele.com/pro/slovakia)

## Showroom Praha:

Ke Štvanici 3  
(budova Diamond Point)  
180 00 Praha 8



Příloha č. 2 servisní smlouvy

**Osvědčení prokazující způsobilost provádět komplexní autorizované servisní zabezpečení dle platné legislativy**

# Miele

Miele, spol. s r.o. | Holandská 4 | 639 00 Brno

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou o.z.  
Jiráskova 506  
516 23 Rychnov nad Kněžnou

Brno 12.08.2025

Věc: Čestné prohlášení

Firma Miele, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Holandská 4, prohlašuje, že je jediným a výhradním zástupcem firmy Miele & Cie. KG, Německo a:

- provádí instalace, zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční servis na všech zdravotnických prostředcích vyrobených firmou Miele a vyjmenovaných přístrojů výrobce Steelco. Jedná se o mycí a dezinfekční automaty a laboratorní myčky.
- školení je prováděno v souladu s § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 375/2022 Sb. Pracovníci provozovatele vyškolení od servisních techniků Miele mohou provádět školení dalších uživatelů ZP provozovatele v souladu s § 41 odst. 2 písm. b) c) zákona č. 375/2022 Sb.
- provádí odborné údržby vč. BTK a kontroly dezinfekčních parametrů dle § 45 zákona č.375/2022 Sb. na všech ZP vyrobených firmou Miele a vyjmenovaných přístrojích výrobce Steelco
- provádí kvalifikační prohlídky (validace) zařízení Miele dle vyhlášky MZČR č.306/2012 Sb. - certifikované osoby pro validace jsou pan Jiří Šafařík, pan Lukáš Skotnica a pan Martin Schmidt
- servis je zajištěn vlastními servisními techniky rozmístěnými po celé ČR, ve Vašem případě pan Strejc pan Melč, pan Kubík, pan Vlček, pan Ševeček, pan Mlejnek, pan Schmidt, pan Žižka, pan Říha, pan Urbánek, pan Šafařík a pan Škořepa.
- servisní technici jsou pravidelně školeni a přeškolení na všechny přístroje firmy Miele a vyjmenované přístroje výrobce Steelco a mají potřebnou kvalifikaci na provádění servisních prací a školení obsluhy přístrojů
- příjem zakázek je přes centrální dispečink písemnou nebo telefonickou formou na adrese firmy nebo n. [REDACTED]

Miele, spol. s r.o.

Typy přístrojů výrobce Steelco - DS6xx, DS 900, DS1000, BP100, PWD8545, LC20, LC70, LC80

# Miele

Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh

To whom it may concern

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen	Durchwahl Tel. 05241 89-	Fax 05241 89-	Datum
	MS/CH	1423		01. June 2023

## Confirmation

We herewith confirm that

Miele spol. s.r.o.  
Holandska 4  
639 00 Brno  
CZECH REPUBLIC

is our authorized subsidiary for the entire range of Miele washer-disinfectors. Miele spol. s.r.o. is authorized to distribute and Service these products exclusively in the Czech Republic.

Miele & Cie. KG  
Cart-Miele-Str&e 29  
33332 Gütersloh

Die Gesellschaft eine KG mit Sitz in Gütersloh,  
Reg.-Ger. Gütersloh, HRA 3263. Pers. haft. Gesellschafter sind:  
Miele Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger. Gütersloh, HRB 1325,  
Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger. Gütersloh, HRB 1324  
Geschäftsführer Chat Barlsch, Dr. Stefan Breil, Dr. Axel Knehl,  
Dr. Markuj Miele, Rebecca Steintage, Dr. Reinhard Zinkann.

Deutsche Bank AG Gütersloh  
BIC: DEUTDE33480; IBAN: DE34 4607 0040 0334 6780 00  
Commerzbank AG Gütersloh  
BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00  
UniCredit Bank AG Berlin  
BIC: HYVEOEMM488; IBAN: DE41 1002 0890 0002 6688 58

**Seznam poddodavatelů a jimi prováděných činností při plnění předmětu smlouvy o dílo**

Identifikační údaje poddodavatele	
<b>Obchodní firma</b>	MIELE, spol. s r.o.
IČO	18829503
Sídlo	Holandská 879/4, 639 00 Brno
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Instalace, autorizovaný záruční i pozáruční servis, oprava myčky	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % zakázky?	
ANO	