

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„4 ks systémů pro ohřev pacienta včetně příslušenství“

Zadavatel:	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.
Sídlo:	Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám ze strany zadavatele **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazů účastníka ze dne 20.3.2026

Dobrý den,
žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Zadavatel požaduje teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 33 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.

Zařízení, které nabízíme disponuje teplotním rozsahem 37 - 43 °C pro ohřívací přikrývku a 35 - 40°C pro ohřívací matraci.

Rozsah teplot pro pacienta je výsledkem doporučení anesteziologických společností.

Regulace je v krocích po 1 °C. Kroky po 0,5 °C jsou z medicínského hlediska nevýznamné. Bude zadavatel akceptovat teplotní rozsah a regulaci v krocích po 1°C?

2. Zadavatel požaduje systém vyrobený pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta.

Vyhřívací přikrývky a matrace, které nabízíme, jsou ohřívány technologicky nejmodernějším způsobem - vodivým polymerem Thermassure, který zajišťuje naprosto rovnoměrné a efektivní rozvádění tepla v celé vyhřívané ploše matrace nebo přikrývky. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

3. Zadavatel požaduje systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech

Nabízíme systém, kde všechny součásti jsou schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech a navíc je již certifikován podle MDR, což zajišťuje bezproblémovou obnovu a servis v souladu s dlouhodobými smluvními podmínkami

4. Zadavatel požaduje 8 ks opakovatelně použitelných matrací, kterou lze použít i jako přikrývku.

Nabízíme striktně oddělený sortiment ohřívacích přikrývek a matrací. Ohřívací matrace, které nabízíme jsou určeny primárně pro použití na operačním stole. Konstrukce matrace je vybavená antidekubitní PUR pěnovou vrstvou pro zachování komfortu a zabezpečení pacienta proti vzniku tlakových a tepelných poranění. Přikrývky jsou na vnější straně vybaveny izolační vrstvou, která zajišťuje přenos maximální dávky tepla směrem k tělu pacienta. Řešení, které požadujete používá pro matraci / přikrývku s izolací z obou stran tkaniny s uhlíkovým vláknem uprostřed a navíc podle dostupných informací jej žádný výrobce v oficiálních dokumentech nenabízí. Bude zadavatel akceptovat naše řešení?

5. Zadavatel požaduje 8 ks obalů na matrace/přikrývky (kompatibilní s nabízenou matrací/přikrývkou).

Konstrukce matrací a přikrývek, které nabízíme má povrch vyrobený z neporézního, medicinského PUR, což umožňuje používat matrace a přikrývky bez potahu. Zařízení lze čistit a dezinfikovat stejně jako ostatní plochy operačního stolu (bez praní potahů!). Jakékoliv řešení vyžadující potahy vyžaduje výměnu čistého potahu před každou operací, jinak nemohou být zajištěny přísné hygienické standardy používané na operačním sále. Bude zadavatel akceptovat ohřívací zařízení bez potahu?

6. Vzhledem k tomu, že Rychnovská nemocnice disponuje 4ks řídicích jednotek HotDog WC52, z naší dodávky, nabízí se varianta pořízení pouze ohřívacích matrací a přikrývek, které jsou s přístroji kompatibilní. Nabízíme toto řešení jako alternativu k pořízení kompletně nových systémů. V případě zájmu o toto řešení Vám nabízíme zajištění BTK na řídicí jednotky zdarma.

Odpověď zadavatele ze dne 23.3.2026

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 20.3.2026, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel trvá na požadavku - Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 33 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku - Systém vyroben pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano – Váš systém v tomto odpovídá našim požadavkům.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na požadavku - 8 ks - opakovatelně použitelná matrace, kterou lze použít i jako příkrývku, o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm.

Odůvodnění: Zadavatel potřebuje hlavně matrace, možnost využití matrace i jako příkrývky bere jako bonus při občasné potřebě.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na požadavku - 8 ks - obal na matraci/příkrývku o velikosti min. 80 x 45 cm a max. 110 x 55 cm, prateľný, opakovane použitelný (kompatibilní s nabízenou matrací/příkrývkou viz řádek výše).

Odůvodnění: Obal zvyšuje hygienu (prateľný) a životnost matrace.

Odpověď na dotaz č. 6:

Nelze přenášet jednotky z jednoho oddělení/lůžka na druhé, je nutné mít na každém oddělení/lůžku svoji jednotku.

Lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky doručte do 30.3.2026 do 9:00 hodin, pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK ONN a.s. na adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html (dále jen „E-ZAK ON Náchod“);

V Rychnově nad Kněžnou 23.3.2026

Ing. Luboš Mottl

Digitálně podepsal Ing. Luboš Mottl
Datum: 2026.03.23 09:33:29 +01'00'

Ing. Luboš Mottl

ředitel

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o. z.

člen představenstva ONN a.s.