

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Dodávka a instalace porodní vany“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: VZMR

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK, a to dne 31.03.2026 v 10:45 hodin.

Dotaz č. 1:

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace. V dokumentu Technická specifikace požadujete rozměr vany v intervalu délka: 1850 – 1900 mm, šířka: 1300 – 1400 mm, výška: 720 – 800 mm. V zadávací dokumentaci není uvedeno, že by zadavatel toleroval odchylku +/- 10%. Tento rozměr vyhovuje spolu s dalšími parametry pouze jednomu modelu vany jediného výrobce. Bude zadavatel tolerovat nabídky v tomto parametru s odchylkou +10%? Změna tohoto parametru je zanedbatelná a pacientkám nabídce lepší komfort.

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat odchylku +/- 10% u rozměrů.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

31. 03. 2026

V Náchodě dne

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55

M. Bůžek
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.